



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку услуг по ремонту рентген-аппарата APELEM DMS SAXO 4T

1. Общие требования

1.1. Наименование подлежащих закупке услуг:
- ремонт рентген-аппарата APELEM DMS SAXO 4T

1.2. Код согласно классификатору ОКРБ 007-2012: 33.13.12.200
«Услуги по ремонту и техническому обслуживанию рентгеновского оборудования»

1.3. Ориентировочная стоимость государственной закупки: 1960.00

1.4. Источник финансирования: бюджет города Новополоцка

1.5. Объем закупаемых работ, условия и сроки оплаты:

№ п/ п	Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)	Требования, предъявляемые к работам	Объем работ	Условия оплаты работ	Срок оказания работ
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по ремонту рентген-аппарата APELEM DMS SAXO 4T Приложение №1	Согласно технической эксплуатационной документацией производителя оборудования необходимо восстановить работоспособность оборудования. В соответствии с «Инструкцией об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 № 78»	Лот 1	По факту выполненных работ на основании подписанного сторонами акта выполненных работ.	Выполнения работ течение 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания договора с обеих сторон.

1.6. Участник должен представить следующие документы:

1.6.1 заверенную в установленном порядке копию заключения о возможности проведения работ по ремонту медицинской техники, выданного в соответствии с подпунктом 9.23.1 пункта 9.23 единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. N 548 (далее – заключение).

Не имеющие заключения юридические лица, индивидуальные предприниматели могут выполнять услуги по ремонту медицинской техники при соблюдении одного из следующих условий:

- уполномочены производителем данной медицинской техники на проведение ее ремонта, что подтверждается дилерским договором (соглашением), сертификатом, авторизационным письмом, доверенностью либо иным документом, выданным производителем. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык;
- работы по ремонту медицинской техники будут выполняться квалифицированными специалистами, с которыми заключены трудовые или гражданско-правовые договоры.

Не требуется наличие документов настоящего пункта, для выполнения услуг по ремонту медицинской техники:

- юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, являющимся производителем данной медицинской техники;
- в период гарантийного срока ее эксплуатации;
- поступившей в качестве иностранной безвозмездной помощи;
- изъятой в собственность государства;
- изготовленной (произведенной) до 2000 года.

1.6.2 заверенные в установленном порядке копии специального разрешения (лицензии) на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, выдаваемое в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также копию санитарного паспорта, выданного территориальным центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья *(в части проведения работ по ремонту радиационных устройств, относящихся к источникам ионизирующего излучения (аппаратов медицинского назначения))*;

1.7. в стоимость предложения должны быть включены: стоимость ремонтных работ, стоимость запасных частей, а также все налоги, сборы, транспортные расходы и надбавки.

2. Технические (специальные) требования, предъявляемые к услугам

2.1. Содержание, порядок и качество выполнения услуг по ремонту медицинской техники осуществляются в соответствии с требованиями эксплуатационной и (или) технической документации производителя, ТНПА, Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 № 78.

2.2. Запасные части должны быть 100% совместимы с медицинской техникой, а также должны быть новыми (которые не были в употреблении, ремонте, в том числе не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены их потребительские свойства и качества).

2.3. Допускается использование аналога запасной части, по качеству и техническим характеристикам не ниже указанных.

2.4. Доставка запасных частей для проведения ремонта медицинской техники осуществляется Исполнителем и за его счет.

2.5. Все услуги производятся по месту эксплуатации медицинской техники на территории Заказчика в рабочее время с 8:00-16:00

2.6. Выполненные услуги по ремонту медицинской техники оформляются актом выполненных работ.

2.7. Специалистом, выполнившим работы по ремонту изделий медицинского назначения, после окончания работ производится соответствующая запись в журнале технического обслуживания и ремонта медицинской техники Заказчика.

2.8. Гарантийный срок на оказанные услуги по ремонту медицинской техники и отремонтированные узлы и блоки составляет не менее 3 (трех) месяцев и исчисляется со дня подписания Сторонами акта выполненных работ оказанных услуг.

2.9. Гарантийный срок на замененные в ходе ремонта запасные части, материалы, узлы и комплектующие устанавливается в соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее 3 (трех) месяцев и исчисляется со дня подписания Сторонами акта выполненных услуг.

2.10. В случае некачественного ремонта, обнаруженного в гарантийный период, Исполнитель обязуется приступить к устранению неисправности в течение 2 (двух) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком. При этом гарантийный срок продлевается на период нахождения медицинской техники в ремонте.

Разработал: инженер
(по радиационной безопасности)

Н.Н.Астапенко

Согласовано:
Начальник отдела по ремонту
оборудования

Т.З.Ляхнович

Юрисконсульт

Е.Г.Вроцкая

Номер лота	Наименовани е оборудования	Тип, марка	Год выпус ка	Заводской номер	Кол- во, шт	Примечание
						Производитель
1	2	3	4	5	6	7
1	Рентген- аппарат	APELEM DMS SAXO 4T	2021	991-21- 027-091-	1	Акт о дефекте ООО «Геомедика» №А2303/5 от 26.06.26г. APELEM, Франция

Сервисный отдел:

8-044-782-20-04(A1)

e-mail: service@geomedica.by
endo@geomedica.by

Отдел продаж (договоры, КП):

8-033-661-99-69(МТС)

e-mail: sales@geomedica.by

Бухгалтерия:

8-017- 518-05-01, 8-044-751-72-67(A1)

e-mail: info@geomedica.by

Режим работы: пн-пт с 9:00 до 17:00

GEO MEDICA

ООО "Геомедика", почтовый адрес: 223028, Минский район, а/г
Ждановичи, ул. Звездная д. 17-а.

УНН 190672256, ОКПО 37680426, р/с

BY18PJCB30120486611000000933 в ОАО «Приорбанк», ЦБУ
115 г. Минск, БИК PJCBVY2X. Адрес банка: Минск, ул.

Кропоткина, 91

Дата "26" 06 2026 г.

Дефектный акт № A2303/5 (договор №318-26 ТО)

Сервисная служба ООО "Геомедика" произвела обследование медицинского оборудования в: **УЗ
"Новополоцкая центральная городская больница"**
211443 г. Новополоцк, ул. Гайдара, 4

Оборудование: **Рентген-аппарат APELEM DMS SAXO 4T** s/n: 991-21-027-091

Состояние оборудования: Требуется замена шлейфа от платы управления к инвертору.

Представитель ООО "Геомедика":



Андрей Чельтер

