

Технические характеристики ультразвукового диссектора

1. Состав одного комплекта оборудования:

№ п/п	Наименование	Кол- во (шт)
1.1	Аппарат для ультразвуковой диссекции - коагуляции тканей и биполярного электрического лигирования крупных сосудов	1
1.2	Ножная педаль для активации рабочих режимов аппарата	1
1.3	Инструмент-ножницы для лапароскопической хирургии с кнопками для ручной активации и системой адаптации к ткани.	6
1.4	Инструмент-ножницы для лапароскопической хирургии с кнопками для ручной активации.	6
1.5	Инструмент-ножницы для лапароскопической хирургии у тучных пациентов с кнопками для ручной активации.	3
1.6	Инструмент-ножницы для лапароскопической хирургии.	6
1.7	Инструмент-крючок для лапароскопической хирургии.	6
1.8	Инструмент-ножницы для открытой хирургии с кнопками для ручной активации.	6
1.9	Инструмент-рукоятка с лезвием для открытой хирургии	3
1.10	Инструмент-рукоятка с крючком для открытой хирургии	3
1.11	Инструмент лапароскопический для биполярной коагуляции и диссекции.	3
1.12	Инструмент для биполярной коагуляции и диссекции в открытой хирургии	3
1.13	Тележка для размещения аппарата	1

2. Технические требования:

Аппарат для ультразвуковой диссекции - коагуляции тканей и биполярного электрического лигирования крупных сосудов

2.1 Обеспечиваемая частота ультразвуковых колебаний 53-56 кГц.

2.2 Не менее 5 уровней регулировки амплитуды УЗ колебаний.

2.3 Биполярный электрический ток должен обеспечивать лигирование сосудов с диаметром не менее 7 мм.

2.4 Потребляемая аппаратом электрическая мощность – не более 0,5 кВт.

Ножная педаль для активации рабочих режимов аппарата

2.5 Двухклавишная, с проводом для подключения не короче 3м.

Инструмент-ножницы для лапароскопической хирургии с кнопками для ручной активации и системой адаптации к ткани.

2.6 Диаметром 5 мм. Длина инструмента 33-36 см.

2.7 Должен обеспечивать лигирование сосудов с диаметром 5 мм.

Инструмент-ножницы для лапароскопической хирургии с кнопками для ручной активации.

2.8 Диаметром 5 мм. Длина инструмента 33-36 см. Наличие на браншах меток для определения диаметра сосудов. Антибликовое покрытие ствола.

2.9 Должен обеспечивать лигирование сосудов с диаметром 5 мм.

Инструмент-ножницы для лапароскопической хирургии у тучных пациентов с кнопками для ручной активации.

2.10	Диаметром 5 мм. Длина инструмента 43-46 см. Наличие на браншах меток для определения диаметра сосудов. Антибликовое покрытие ствола.
2.11	Должен обеспечивать лигирование сосудов с диаметром 5 мм.
Инструмент-ножницы для лапароскопической хирургии	
2.12	Изогнутые, диаметром 5 мм. Длина инструмента 33-36 см.
2.13	Должен обеспечивать лигирование сосудов с диаметром 3 мм и возможность использоваться в качестве лезвия.
Инструмент-крючок для лапароскопической хирургии	
2.14	Диаметром 5 мм, с ручной активацией.
2.15	Должен обеспечивать лигирование сосудов с диаметром 2 мм.
Инструмент-ножницы для открытой хирургии с кнопками для ручной активации	
2.16	Диаметром 10 мм. Длина инструмента 16-18 см. Рукоятка аксиальная.
2.17	Должен обеспечивать лигирование сосудов с диаметром 5 мм.
Инструмент-рукоятка с лезвием для открытой хирургии	
2.18	Выдвижение ствола не менее чем на 4 см.
2.19	Ротация изогнутого лезвия на 360°.
2.20	Должен обеспечивать лигирование сосудов с диаметром 2 мм.
Инструмент-рукоятка с крючком для открытой хирургии	
2.21	Выдвижение ствола не менее чем на 4 см.
2.22	Ротация крючка на 360°.
2.23	Должен обеспечивать лигирование сосудов с диаметром 2 мм.
Инструмент лапароскопический для биполярной коагуляции и диссекции.	
2.24	Длина ствола 35-37 см, диаметр прямых браншей и ствола – 5 мм.
2.25	Кнопка ручной активации, встроенный нож, вращение 360°
2.26	Система защиты от нагревания браншей выше 100°С.
Инструмент для биполярной коагуляции и диссекции в открытой хирургии	
2.27	Длина ствола 22-25 см, длина изогнутых браншей – 40 – 45 мм.
2.28	Кнопка ручной активации, встроенный нож, вращение 360°
2.29	Система защиты от нагревания браншей выше 100°С.
Тележка для размещения аппарата	
2.30	Металлическая, наличие блокировки вращения колес.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Согласно аукционным документам организатора.