

Научно-производственное
унитарное предприятие
«Белреамед»

Юр. адрес: 223060, 220123, г. Минск, ул.
Старовиленская, дом 100, корпус 2, помещение 4, Р/сч.:
BY27PJCB30120046871000000933, в банке "Приорбанк"
Открытое акционерное общество, код PJCBVY2X, УНП
190495870,



АКТ ДЕФЕКТАЦИИ

Дата составления: 05.09.2025
Заказ на сервисное обслуживание
B00025027 от 05.09.2025

Почтовый адрес: 220123, г. Минск, ул. Старовиленская,
дом 100, корпус 2, помещение 4

тел./ф. 300-81-22 (23) e-mail:
service@belreamed.com

Владелец оборудования:	Учреждение здравоохранения "10-я городская клиническая больница"
------------------------	--

Наименование оборудования:	CS-2400 Sysmex Corporation, ЯПОНИЯ
Серийный номер:	21896

Эксплуатация оборудования:	11.02.2022 - 05.09.2025
----------------------------	-------------------------

Причины поломки:	Фибриновый сгусток в гидравлической линии.
------------------	--

Экспертная оценка:	Для восстановления работоспособности анализатора необходимо произвести ремонт 1 кат. сл-ти (очистку гидравлической линии).
--------------------	--

Инженер отдела сервиса:	Хотько Д. Л.
-------------------------	--------------

