

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г. Минск

07.07.2026

Комиссия в составе представителей ЗАКАЗЧИКА

УЗ "10 городская клиническая больница"

Мартынович О.В. *Александров О.В.* *Захаров В.А.*
Игнатович В.А. *Сидорович В.А.*

и представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ ООО "Экстремед": Гарбар В. В.

провела обследование видеопроцессора PENTAX EPK-i5000 EC011138

Обследованием установлено:

Пропадание изображения. Износ электронного разъема.

Для восстановления работоспособности данного прибора требуется замена следующих комплектующих, запасных частей и расходных материалов:

№	Наименование запасной части	Кол-во
1	Электронный разъем	1
Ориентировочная стоимость ремонта составит, бел.руб.:		6 898,79

Срок выполнения работ - в течение 60 рабочих дней с даты подписания договора.

В процессе проведения ремонта возможно возникновение необходимости в замене дополнительных запасных частей.

В случае наличия в эндоскопе негерметичности, влаги, коррозии возможен непредвиденный выход из строя видеокамеры, электронных плат, коннекторов с потерей изображения либо его искажениями даже при восстановлении изображения после просушки прибора.

Представители

Представитель

УЗ "10 городская клиническая больница"

ООО "Экстремед"

Александров О.В.

Сидорович В.А.



Гарбар В. В.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г. Минск

25.05.2026

Комиссия в составе представителей ЗАКАЗЧИКА

УЗ "10 городская клиническая больница"

*Сергей Александрович Румицкий О.В.
Зав. Эндоскопическим отделением Стахневич В.А.*

и представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ ООО "Экстремед": Гарбар В. В.

провела обследование видеопроцессора PENTAX EPK-i7010 sn EA010356

Обследованием установлено:

Нет изображения.

Для восстановления работоспособности данного прибора требуется замена следующих комплектующих, запасных частей и расходных материалов:

№	Наименование запасной части	Кол-во
1	Электронная плата управления	1
Ориентировочная стоимость ремонта составит, бел.руб.:		21 807,04

Срок выполнения работ - в течение 45 календарных дней с даты подписания договора.

В процессе проведения ремонта возможно возникновение необходимости в замене дополнительных запасных частей.

Представители

УЗ "10 городская клиническая больница"

Румицкий О.В.

Стахневич В.А.

Представитель

ООО "Экстремед"

Гарбар В. В.

