

Общество с ограниченной
ответственностью "БЕЛТОПМЕД"
220089, Республика Беларусь, г. Минск, ул.
Железнодорожная 37/1, каб. 11
Тел. +375 17 378-16-34
Факс +375 17 320-07-37

Учреждение здравоохранения «10-я городская
клиническая больница»
220096, Республика Беларусь, г. Минск,
улица Уборевича, 73
Тел. +375 17 255-06-59

Дефектный акт № 645 от 15.05.2026

по результатам диагностики оборудования.

1. Наименование, модель и серийный номер оборудования:
аппарат для обработки эндоскопов SSD-102, серийный номер 13107134
2. Выявленные неисправности:
не работает насос подачи ДСВУ
3. Перечень работ для восстановления полного функционирования аппарата:
замена насоса ДСВУ (канальный насос)
4. Перечень необходимых запасных частей и материалов:
канальный насос (78400-847) – 1 шт.

ООО "БЕЛТОПМЕД"
Инженер по медицинскому оборудованию

Белый Е. Л.

Подпись

Представитель «Учреждение
здравоохранения «10-я городская
клиническая больница»»

Должность, ФИО

Подпись

