

Республика Беларусь, 220033, г. Минск,
ул. Тростенецкая, 5, каб. 101
Тел/ф. (017)3961470, (029)6766637, (029)6149411
e-mail: arimed.office@gmail.com, www.arimed.by

УНП 691534546, ОКПО 301939666000
Р/с BY 92 ALFA 3012 2789 7300 1027 0000
БИК ALFABY2X, ЗАО «Альфа-Банк»,
г. Минск, ул. Сурганова 43-47

АКТ Обследования

г. Минск

«28» 04 2026

ООО «АриМедСервис» произвело диагностику медицинского оборудования в
лечебном учреждении:

УЗ "10 ГКБ"

(Наименование учреждения-собственника оборудования)

В результате проведенной диагностики установлено:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Медицинскому оборудованию перечисленного в таблице ниже требуется:

№ П/П	Наименование Оборудования, Зав. №	Требуемые работы, запасные части, материалы и комплектующие для ремонта
1	Установка комбинированная со встроенной ультразвуковой ванной для мойки медицинского инструментария ATOS STE-01 № 3042.00083487.006	Требуется ремонт блока управления и замена танкера тип.

Инженер ООО «АриМедСервис»

Глазунов Е.В.