



ООО "БЕЛИНТЕЛМЕД"
тел./факс: +375 17 290 52 70
тел.: + 375 17 385 17 58
+ 375 17 385 17 59
e-mail: info@belintelmed.by
www.belintelmed.by

Дефектный акт

г. Минск

03 июня 2026 г.

Комиссия в составе:

председателя комиссии – директор Щербицкий В.Г.,
члена комиссии – ведущий инженер по метрологии Шкарупина Я.Б.,
- начальник производственного участка Забродский С.В.
составила настоящий акт о следующем.


Спирометр автоматизированный многофункциональный МАС-1 зав.№ 570 (год выпуска 2008), принадлежащий УЗ «10-я ГКБ» поступил в ООО «Белинтелмед» для проведения технического обслуживания и поверки.

В результате выполнения инструментального контроля основных параметров и характеристик данного спирометра выявлено:

- недостаточно места на устройстве хранения данных.

Заключение комиссии: для восстановления работоспособности спирометра необходимо провести форматирование базы данных (удаление архива) на устройстве хранения данных.

Председатель комиссии


В.Г.Щербицкий

Члены комиссии


Я.Б.Шкарупина


С.В.Забродский

