

**АКТ
ДЕФЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ**

г. Минск

02 июня 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Исполнителя – ОДО «АРНИКАТРЕЙД», ведущего инженера по ремонту медицинского оборудования Кунцевича В.И., с одной Стороны, и от лица Заказчика – УЗ «10-я городская клиническая больница», в лице Ведущего специалиста Томашович с другой стороны, составили настоящий акт дефектации оборудования о том, что дефектация проведена в отношении:

Наименование оборудования: Диагностический аудиометр АС40, 2013 г.в.

Заводской номер: 0910925.

В результате дефектации установлено:


1. Обрыв проводников кабеля для подключения головных телефонов. Присутствует посторонний шум в наушниках.

Для восстановления работоспособности рекомендуется:

1. Замена кабеля для подключения головных телефонов.
2. Настройка, регулировка параметров выходного сигнала костного и головных телефонов.
3. Проверка в рабочих режимах.

Перечень подлежащих замене составных частей:

1. Кабель для аудиометров IEC-M21 Symmetric mono для DD45/TDH39 8010822 – 1 шт.

Исполнитель:  Кунцевич В.И.

Заказчик: 

