

Республика Беларусь, 220033, г. Минск,
ул. Тростенецкая 5, каб. 101
Тел/ф. (017)3961470, (029)6766637, (029)6149411
e-mail: arimed.office@gmail.com, www.arimed.by

УНП 691534546, ОКПО 301939666000
Р/с BY 92 ALFA 3012 2789 7300 1027 0000
БИК ALFABY2X, ЗАО «Альфа-Банк»,
г. Минск, ул. Сурганова 43-47

АКТ
Обследования

г. Минск.

«18» 06 2026 г.

ООО «АриМедСервис» произвело диагностику медицинского оборудования в лечебном учреждении:

УЗ "10-я ГКБ"

(Наименование учреждения-собственника оборудования)

В результате проведенной диагностики установлено:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Медицинскому оборудованию перечисленного в таблице ниже требуется:

№ П/П	Наименование Оборудования, Зав. №	Требуемые работы, запасные части, материалы и комплектующие для ремонта
1	Аппарат ИВЛ Hamilton-MR-1,	Требуется ремонт с заменой: Клапан запорный 1 шт. АКБ 2 шт. Кислородный датчик 1 шт.

Начальник технического отдела ООО «АриМедСервис»

Лисков А.С.

