

Общество с ограниченной ответственностью

«Инженерная компания ИМК»

Республика Беларусь 220051, г. Минск, ул. Рафиева, д.95, 1Н, каб.21, тел.: 017-3548981
Р/с BY55 UNBS 3012 0017 6200 7001 3933 в ЗАО «БСБ Банк», 220016 г. Минск, пр-т Дзержинского,80
БИК: UNBSBY2X, УНП 192313050, ОКПО 381863785000

г. Минск

«29» июня 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наименование аппарата (прибора) Аппарат наркозно-дыхательный

Тип, марка Aestiva/5 с монитором Cardiocap /5

Завод – изготовитель GE Healthcare, Datex-Ohmeda Inc., США

Год выпуска 2004 Заводской номер AMVG00996 Инвентарный номер _____

Находится в эксплуатации УЗ «10-я городская клиническая больница»

Техническое состояние узлов аппарата: ошибка датчика давления драйвинг газа; физический износ дыхательного меха.


Вывод: необходима замена: 1) мембрана датчика наличия драйвинг газа – 1 шт., 2) дыхательный мех – 1 шт.

Исполнитель: инженер 1-ой кат. Приставка В.Л.

ООО «Инженерная компания ИМК»

Директор

М.В.Лелюк



УЗ «10-я городская клиническая

больница» г. Минска

Главный врач
Исайкин В.П.
(подпись) (Ф.И.О.)