

№ 138

# ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Наименование организации: УЗ "Южная клиническая больница"  
(полное наименование организации)  
Адрес организации: г. Ленинск, ул. Горького, 73  
(индекс, область, город, улица)  
Дефектация прибора (изделия): Стол о/х ОМ-Сигма-05, № 69, № 71, 2018г.  
(наименование оборудования)

Внешний осмотр оборудования:

Проверка технических параметров: Плохая работа столов (автономно)

Предварительное заключение: Необходима замена комплектующих  
торгов LC-RA1212 PG1 (4 шт.)

Представитель Исполнителя:  
УП «Оптика Северное Полюс»



Представитель Заказчика:  
УЗ "Южная клиническая больница"  
Главный врач  
Михайлов О.В.