

Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Лабараторныя медыцынскія сістэмы»
220033 г. Мінск, вул. Рыбалкі, 26-326
тел: +375 17 270-11-66, 44-536-66-07
e-mail: vbukovskaya@lmsystems.by
р/с BY51PJCB301203040110000009333
ЦБУ 115 ААТ «Прыорбанк» БИК PJCBVY2X
УНН 192104105 ОКПО 381183275000

Общество с ограниченной ответственностью
«Лабораторные медицинские системы»
220033 г. Минск, ул. Рыбалко, 26-326
тел: +375 17 270-11-66, 44-536-66-07
e-mail: vbukovskaya@lmsystems.by
р/с BY51PJCB301203040110000009333
ЦБУ 115 ОАО «Приорбанк» БИК PJCBVY2X
УНН 192104105 ОКПО 381183275000

Акт дефектации

«18» сентября 20 26 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Лабораторные медицинские системы», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ведущего инженера Язвинского В. А., с одной стороны, и УЗ "10-я ГКБ", Минск, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что в анализаторе газов крови Stat Profile рНОх plusL (производства NOVA Biomedical, США), сер № SLLA 13020, вышли из строя и подлежат замене следующие запасные части и расходные материалы:

№	Наименование	Кол-во
1.	Сенсор референсный	1

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ИСПОЛНИТЕЛЯ:



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИКА: