



ENGINEERING

ООО «ВЭМ Инжиниринг»
Республика Беларусь, 220053 г. Минск,
ул. Бегомльская 19-2
УНП 193419725
Р/с BY54BLNB30120000306682000933,
БИК BLNBВY2Х в ОАО «БНБ-БАНК»
г. Минск, пр. Независимости 87А
Тел: (017) 308-79-35; 8 (017) 270-31-63
Факс: (017) 308-79-34; 8 (017) 270-31-63
E-mail: info.service@ecomeds.org

W&M ENGINEERING W&M ENGINEERING W&M ENGINEERING W&M ENGINEERING W&M ENGINEERING W&M ENGINEERING W&M ENGINEERING

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

«01» сентября 2025 г.

г. Минск

Заказчик: УЗ «10-я городская клиническая больница»

Адрес: _____

Телефон: _____

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВЭМ Инжиниринг»

Исполнителем обследовано в соответствии с требованиями нормативно-технической и эксплуатационной документации следующее медицинское оборудование:

Наименование оборудования	Серийный номер
Анализатор гематологический МЕК-7300К	01152

Выявлены следующие неисправности:

Вышли из строя и требуют замены следующие запасные части:

- 1) 2- ходовой клапан 612 - 2-way valve – 2 шт.
- 2) 938914В Кабель PUDP-16V/PHR-11/ZHR-3/зеленый / Cable PUDP-16V/PHR-11/ZHR-3/green – 1 шт.
- 3) 932582С Кабель PUDO-10V-S/PHR-11 (W220) / Cable PUDO-10V-S/PHR-11 (W220) – 1 шт.
- 4) 6114935677 Valve block O-ring S-IN / Уплотнительное кольцо блока клапана S-IN – 1 шт.
- 5) 676769А Фото прерыватель KI1234-AAL / Photo interrupter KI1234-AAL – 2 шт.
- 6) YK-BO160 Трубка соединительная BO 160 / Tube BO 160 – 1 шт.

Исполнитель:

ООО «ВЭМ Инжиниринг»

Директор



А.Н. Шут

Заказчик:



МП

Исполнитель
В. М. Шахматов
(подпись)