



АКТ 2026/0242

технического состояния

Электрокардиограф «Альтоник-06», зав.№ 12080445

Основание (цель) выполнения операции.	Дата проведения операции	Исполнитель	Заказчик (учреждение, организация)
Диагностика	03.06.2026	Храмкова А.С.	УЗ «21-ая центральная районная поликлиника Заводского района г. Минска»

При ознакомлении с документами, осмотре (проверке) установлено:

п/п	Наименование продукции	Ед. изм.	Кол-во	Заводской номер	Примечание
1	Альтоник-06	шт.	1	12080445	
2	Кабель пациента	шт.	1		
3	Электрод-груша	шт.	6		
4	Электрод-зажим	шт.	4		
5	Аккумуляторный блок	шт.	1		
6	Блок питания	шт.	1		
7	Сумка для переноски	шт.	1		

1. Техническое состояние

Электрокардиограф «Альтоник-06», зав.№ 12080445 неисправен. После осмотра и диагностики выявлены следующие дефекты:

- Неисправность термопринтера.

2. Техническое заключение

Электрокардиограф «Альтоник-06», зав.№ 12080445 пригоден к ремонту. Необходимо провести следующие работы:

- Замена термопринтера.

Комиссия в составе:

Инженер-электроник

Инженер-электроник

Капустин А.С.

Нестеренко П.Н.