

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (1 комплект)

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1	Блок лазерный (аппарат)	шт	1
1.2	Педаль	шт	1
1.3	Световодный кабель	шт	1
1.4	Наконечник (для коагуляции)	шт	1
1.5	Очки защитные	шт	2
1.6	Фокусатор	шт	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

Требование	Наличие функции или величина параметра
2.1. Длина волны излучения	В пределах (940-980) ± 10 нм
2.2. Режимы работы	
2.2.1. непрерывный	наличие
2.2.2. импульсно-периодический	наличие
2.2.3. одиночных импульсов	наличие
2.3. Диапазон мощности лазерного излучения на выходе в рабочем режиме	Не уже от 1 Вт до 6 Вт
2.4. Регулировка мощности лазерного излучения на выходе в рабочем режиме с шагом	Не более 1 Вт
2.5. ЖК дисплей	Цветной
2.6. Меню оперативных вмешательств	Наличие
2.7. Длина световодного кабеля	Не менее 2 м

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): Согласно аукционным документом организатора.

Разработано: