

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий**

| № | Наименование                                                    | Единица измерения | Количество (штук) |
|---|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Ларингеальная маска «Classic» или аналог многоразовая, размер 5 | шт.               | 10                |
| 2 | Ларингеальная маска «Classic» или аналог многоразовая, размер 4 | шт.               | 10                |
| 3 | Ларингеальная маска «Classic» или аналог многоразовая, размер 3 | шт.               | 10                |

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь « О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:**

2.1. Многоразовая классическая ларингеальная маска.

2.2. Магистраль для раздувания манжеты с контрольным клапаном.

2.3. Гипоаллергенный материал.

2.4. Возможность автоклавирувания.

2.5. Стандартный 15 мм коннектор на дыхательной трубке.

2.6. Отсутствие латекса в изделии.

2.7 Маркировка веса пациента, объема раздувания манжеты, условий стерилизации

**3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):**

3.1. Согласно аукционным документам организатора (заказчика).

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий**

| № п/п | Наименование                      | Единица измерения | Количество |
|-------|-----------------------------------|-------------------|------------|
| 1     | Назофарингеальный воздуховод 4 мм | шт.               | 40         |
| 2     | Назофарингеальный воздуховод 5 мм | шт.               | 20         |
| 3     | Назофарингеальный воздуховод 6 мм | шт.               | 20         |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь « О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Гипоаллергенный материал.

2.2. Проксимальный конец воздуховода оснащен стопором - ограничителем.

2.3. Закругленный дистальный срез.

2.4. Жесткая негнущаяся структура.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам организатора (заказчика).