

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (1 комплект):

1.1	Видеобронхоскоп ультратонкий	1 штука
1.2.	Корзина захватывающая	20 шт

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

№	Наименование характеристики	Базовые параметры
2.1	Видеобронхоскоп ультратонкий	
2.1.1	Угол поля зрения в обычном режиме	Не менее 110°
2.1.2	Диаметр вводимой части	Не более 2,8 мм
2.1.3	Диаметр дистальной части	3,0±0,1 мм
2.1.4	Рабочий канал	1,5±0,3 мм
2.1.5	Глубина резкости	2-50
2.1.6*	Полная совместимость с имеющейся в лечебном учреждении видеозендоскопической системой EVIS EXERA III	Соответствие
2.2.	Корзина захватывающая	длина 180 см, под рабочий канал 1,5±0,3 мм, одноразовая

* Данные пункты технического задания имеют важное значение и при их невыполнении предложение будет снято с торгов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документом организатора.