

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий
медицинского назначения

(при необходимости с разделением на лоты)

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер и наименование ЛОТа №1	Состав (комплектация)	Количество
Фотометр микропланшетный		1 шт.

2. Технические требования:

- 2.1. Измеряемая величина – поглощение света;
- 2.2. источник света – светодиод;
- 2.3. время измерения планшета на одной длине волны – от 6 сек. до 8 сек.;
- 2.4. методы измерения – по конечной точке, кинетические и др.;
- 2.5. количество измерительных каналов – не менее 8;
- 2.6. диапазон волн – от 340 нм. не менее 750 нм., или более широкий диапазон.
- 2.7. выбор длин волн – до 8 фильтров одновременно, 4 стандартных фильтра 405, 450, 492 и 620 нм;
- 2.8. возможность подключения к компьютеру.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.