

Технические характеристики (описание)
Расходные материалы для реанимации для УЗ Гомельской области

1. Состав (комплектация) оборудования:

<i>Номер и наименование ЛОТа</i>	<i>Размер / состав</i>	<i>Количество</i>
ЛОТ №8 Фильтр тепло- и влагообменный (неонатальный)	Одноразового использования	1 800 штук

2. Технические требования:

ЛОТ №8 Фильтр тепло- и влагообменный (неонатальный)
2.1. Эффективность фильтрации – не менее 99,9%; 2.2. Дыхательный объем – 30-100мл; 2.3. Метод фильтрации – электростатический; 2.4. Коннекторы – 15F – 15M/8M; 2.5. Сопротивление потоку дыхательной смеси: - при 5л/мин – не более 1,0см H₂O; - при 10л/мин – не более 2,0см H₂O; 2.6. Компрессионный объем – не более 20мл; 2.7. Наличие функции увлажнения и согревания дыхательной смеси на вдохе; 2.8. Наличие порта Луер-Лок с крышкой (замком); 2.9. Фильтр должен быть стерильным и каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности. <u>Примечание:</u> предложение, соответствующее менее чем на 100% в части технических требований предмета закупки, отклоняется.

3. Требования, предъявляемые законодательством Республики Беларусь к медицинским изделиям при их обращении:

3.1. копия действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ либо выписка из Государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь;

3.2. **(для медицинских изделий, не имеющих государственную регистрацию в Республике Беларусь):** документы, указанные в Постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий».