

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Изделия медицинского назначения для внутривенного введения контрастного вещества и физиологического солевого раствора при диагностических исследованиях методами МРТ. ЭКГ электроды для МРТ

1. Состав (комплектация) ИМН

<i>Номер и наименование ЛОТа</i>	<i>Состав (комплектация) ИМН</i>	<i>Количество</i>
Лот №1 Электроды для МРТ	Основа. Адгезивный гель. Коннектор. Чувствительный элемент Ag/AgCl	1000 шт
Лот №2 Набор шприцевой REF: 8.10.189421 к инжектору или аналог	Пластиковые шприц-колбы с трубкой пациента.	1100 шт

2. Технические требования

Лот №1 Электроды для МРТ
1. Должен быть совместим с магнитно-резонансным томографом Umr680. 2. Одноразовые. 3. Твердый гель. 4. Диаметр 50мм. 5. Контактная поверхность: Ag/AgCl (серебро/хлорид серебра).
Лот № 2 Набор шприцевой REF: 8.10.189421 к инжектору или аналог
1. Должен быть совместим с к имеющемуся в учреждении инжектором sino MR I-AP

3. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации:

3.1. Согласно аукционным документам организатора закупки.