

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения расходных материалов для урологии

1. Состав (комплектация) оборудования:

<i>Номер и наименование ЛОТа</i>	<i>Состав (комплектация) оборудования</i>	<i>Количество</i>
ЛОТ №10 Катетер мочеточниковый двухпросветный	1. Катетер мочеточниковый двухпросветный толщиной 8Fr, кончик 4Fr в наборе с проводником 0,035 дюйма	100 штук
	2. Катетер мочеточниковый двухпросветный толщиной 10Fr, кончик 6Fr в наборе с проводником 0,038 дюйма	100 штук

2 Технические требования:

ЛОТ 1	ЛОТ №10 Катетер мочеточниковый двухпросветный
2.1 Катетер длиной 50-52см.	
2.2 Изделия должны поставляться в стерильной упаковке.	

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.