

Приложение
к заявке на закупку
медицинских изделий

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.1.	Одноразовый гибкий уретерореноскоп	штука	1
1.2.	Щипцы для захвата гибкие	штука	1
1.3.	Универсальный герметизирующий клапан	штука	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

Наименование	Технические характеристики
2.1. Одноразовый гибкий уретерореноскоп	2.1.1. Непрерывного промывания
	2.1.2. Трёхканальный одноразовый гибкий уретерореноскоп
	2.1.3. Интегрированные видеокамера и LED источник света
	2.1.4. Наружный диаметр не более 9,0 Fr
	2.1.5. Рабочий канал не менее 3,5 Fr
	2.1.6. Максимальный угол отклонения дистального конца в двух направлениях не менее 290°
	2.1.7. Угол обзора не менее 90°
	2.1.8. Рабочая длина не более 600 мм
	2.1.9. Должен быть в стерильной упаковке
	2.1.10. Должна быть система визуализации
2.2. Щипцы для захвата гибкие	2.2.1. Диаметр не более 3 Шр.
	2.2.2. Рабочая длина 920-930 мм
	2.2.3. Возможность стерилизации
2.3. Универсальный герметизирующий клапан	2.3.1. Для инструментов 1-6 Шр.