

Технические характеристики (описание)
Реагенты и расходные материалы для проведения лабораторных исследований
(для анализаторов Elite 3) для ОЗ Гомельской области

1. Состав (комплектация) ИМН:

№ ЛОТ	Наименование ЛОТа	Состав / Размер	Кол-во
1.	Реагенты к автоматическому гематологическому анализатору Erba Elite 3, Erba Lachema s.r.o., Чехия	Раствор дилуэнта Erba Dilluent Diff или аналог, кан. не менее 20 л	254 кан.
		Лизирующий раствор Erba Lyse Diff(с чипом) или аналог, флакон не менее 1 л	164 фл.
		Очищающий раствор Erba Cleaner или аналог, флакон не менее 1 л	78 фл.
		Очищающий раствор Erba Hycoslean CC или аналог, флакон не менее 100 мл	54 фл.
2.	Контрольные материалы для работы на автоматическом гематологическом анализаторе Erba Elite 3, Erba Lachema s.r.o., Чехия	1. Контрольная кровь для анализаторов 3 Diff нормального уровня. 2. Объем флакона не менее 2 мл. 3. Стабильность открытого флакона не менее 14 дней при хранении +2-+8 C°.	176 мл
		1. Контрольная кровь для анализаторов 3 Diff патологический уровень (низкий). 2. Объем флакона не менее 2 мл. 3. Стабильность открытого флакона не менее 14 дней при хранении +2-+8 C°.	176 мл
		1. Контрольная кровь для анализаторов 3 Diff патологический уровень (высокий). 2. Объем флакона не менее 2 мл. 3. Стабильность открытого флакона не менее 14 дней при хранении +2-+8 C°.	176 мл
		1. Контрольная кровь для анализаторов 3 Diff нормального уровня. 2. Объем флакона не менее 2 мл. 3. Стабильность открытого флакона не менее 14 дней при хранении +2-+8 C°.	176 мл
		1. Контрольная кровь для анализаторов 3 Diff патологический уровень (низкий). 2. Объем флакона не менее 2 мл. 3. Стабильность открытого флакона не менее 14 дней при хранении +2-+8 C°.	176 мл
		1. Контрольная кровь для анализаторов 3 Diff патологический уровень (высокий). 2. Объем флакона не менее 2 мл. 3. Стабильность открытого флакона не менее 14 дней при хранении +2-+8 C°.	176 мл

2. Технические требования:

2.1. ЛОТ 1 Реагенты должны быть предназначены для применения на автоматическом гематологическом анализаторе Erba Elite 3, Erba Lachema s.r.o., Чехия, что должно подтверждаться документально.

2.2. ЛОТ 2 Контрольная кровь должна быть аттестованная по всем параметрам для анализаторов 3 Diff и предназначена для контроля качества на автоматическом гематологическом анализаторе Erba Elite3, Erba Lachema s.r.o., Чехия.

2.3. ЛОТы 1-2 Все предоставляемые документы (инструкции, паспорта к контрольным и калибровочным материалам и др.) должны быть представлены на русском языке.