

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлёвае
ўнітарнае прадпрыемства
«Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «БЕЛІНВЕСТБАНКА»
па Гомельскай вобласці,
код BLBBVY2X УНП 400052327

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное
предприятие «Белмедтехника»
Республиканское дочернее торговое
унитарное предприятие
«Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/счет BY92BLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНКА»
по Гомельской области,
код BLBBVY2X УНП 400052327

На № 24.08.2026 № 4-14/311
ад _____

Руководителю предприятия

ЗАПРОС

информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на **«Камера дезинфекционная»** (см. Приложение 1)

**в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).*

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **25.08.2026г.**

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист отдела маркетинга



М.В.Саварина

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Лот № 1 Камера дезинфекционная

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Комплектация	Количество
1	Камера с парообразователем, нагревательными элементами, предохранительной решеткой, щитом управления, противень для формалина	1 шт.
1.2.	Уплотнители коллектора	1 шт.
1.3.	Щит управления	1 шт.
1.4.	Коллектор залива воды в сборе (бачок с электромагнитным клапаном и датчиками уровня)	1 шт.
1.5.	Кожух коллектора	1 шт.
1.6.	Вытяжной воздуховод с клапаном	1 шт.
1.7.	Гидрозащитный зонт	1 шт.
1.8.	Вешалка-зажим из нержавеющей стали с застежкой 680 мм	5 шт.
1.9.	Вешалка-зажим из нержавеющей стали с застежкой 400 мм	5 шт.
1.10.	Воронка с краном в сборе	1 шт.
1.11.	Водосливной патрубок 1/2"	1 шт.
1.12.	Болт М8 с шайбой 8 для крепления трубы воздуховода	11 шт.
1.13.	Уплотнитель вытяжной трубы	1 шт.

2. Технические требования.

№ п/п	Наименование составной части, характеристики	Базовые параметры
2.1.	Полностью автоматическое управление процессом дезинфекции, включая программирование дезинфектором необходимых значений параметров влажности, температуры и времени экспозиции, а также автоматический программный контроль и поддержание температуры и влажности в камере на заданном уровне в течение цикла дезинфекции.	Наличие
2.2.	Сохранение в памяти последних значений заданных параметров	наличие
2.3.	Точность поддержания заданной температуры в камере	±2°C
2.4.	Автоматическая заливка воды в парообразователь и автоматическое поддержание ее на необходимом уровне в течение всего цикла дезинфекции	наличие
2.5.	Электромагнитный клапан и датчики уровня для автоматического поддержания необходимого уровня воды в парообразователе	наличие
2.6.	Графический дисплей для оперативного контроля и управления параметрами влажности, температуры и времени экспозиции	наличие
2.7.	Звуковой сигнал, сигнализирующий об окончании процесса дезинфекции	наличие
2.8.	Автоматическое самотестирование программы управления на наличие возможных неисправностей в работе дезинфекционной камеры	наличие
2.9.	Возможность перехода на ручной режим управления	наличие
2.10.	Материал изготовления камеры	металл (нержавеющая сталь)

2.11.	Корпус камеры: разборный, состоящий из двух цельносваренных элементов каркаса, закрытый стальными двусторонними панелями с термоизолятором внутри.	соответствие
2.12.	Внутренний объем камеры: м ³ , не менее	
2.12.1	а) общий	1,89
2.12.2.	б) загрузочный	1,3
2.13.	Внутренние размеры камеры: (ДхШхВ)мм, не менее	1310х710х1950
2.14.	Высота от основания решетки до потолка: мм, не менее	1550
2.15.	Габаритные размеры камеры: (ДхШхВ) мм, не более	1390 х 995 х 2200
2.16.	Количество дверей, шт.	2
2.17.	Запирающие устройства дверей, обеспечивающие их плотное прилегание: винтовые зажимы, шт., не менее	8
2.18.	Резиновые уплотнители дверей для обеспечения герметичности рабочей камеры	наличие
2.19.	Возможность снятия уплотнителей дверей для санитарной обработки и обратной установки эксплуатирующим персоналом без дополнительного инструмента	наличие
2.20	Электропитание	
2.20.1	а) род тока	Переменный 3-фазный
2.20.2	б) напряжение, В	220-380
2.20.3	в) частота, Гц	±50
2.21.	Потребляемая мощность: кВт, не более	9
2.22.	Время ввода в рабочий режим, не более	20 минут
2.23.	Встроенный парообразователь с ТЭНами	наличие
2.24.	Объем парообразователя: л, не более	25
2.25.	Вытяжной воздуховод с клапаном для удаления пара из камеры	наличие
2.26.	Приточное вентиляционное отверстие с винтовым механизмом закрытия	наличие
2.27.	Расположение винтового механизма приточного отверстия с наружной стороны дезинфекционной камеры, для исключения воздействия влаги на резьбу механизма	наличие
2.28.	Кран для слива воды из парообразователя	наличие
2.29.	Водосливной патрубок для слива конденсата из камеры	наличие
3.	Запасные части	
3.1.	Электронагреватели: для воздуха/для воды	1/1
3.2.	Предохранитель 1А	2

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам процедуры государственной закупки организатора.

4.Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ, для медицинских изделий, не имеющих государственную регистрацию в Республике Беларусь): документы, указанные в Постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий»;

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке;