

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

1. Шприцевой набор к инжектору Sino Power-D для рентгеновской компьютерной томографии или аналог в индивидуальной стерильной упаковке/прим.

(Всего 1400 комплектов)

1.	Комплектация	Единица измерения	количество
1.1	шприц-колба 200 мл	штука	2
1.2	трубка соединительная не менее 1500 мм.	штука	1
1.3	трубка наполнительная	штука	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
 - 2.1 Шприц-колба:
 - 2.1.1 Объем- 200мл
 - 2.1.2 Полная совместимость с инжектором Sino Power-D-документальное подтверждение
 - 2.1.3 Совместимость с иными комплектующими из набора.
 - 2.2 Наполнительная трубка-совместимость с иными комплектующими из набора.
 - 2.3 Соединительная трубка:
 - 2.3.1 Длина не менее 1500 мм.
 - 2.3.2 Давление не меньше 300psi
 - 2.3.3 Совместимость с иными комплектующими из набора
 - 2.4 Упаковка индивидуальная, стерильная
 - 2.5 Наличие инструкции по применению/эксплуатации на государственном языке Республики Беларусь.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
4. Срок годности/стерильности товара на момент поставки- не менее 80% от общей гарантии предприятия – изготовителя.