

Приложение
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) оборудования.

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1.1	Генератор электрохирургический радиочастотный	шт	1
1.2	Ножная педаль	шт	1
1.3	Нейтральный электрод	шт	2
1.4	Наконечники для электродов	шт	3
1.5	Наконечники для электродов ручного включения	шт	2
1.6	Держатель для наконечника	шт	3
1.7	Комплект электродов в составе:	компл	1
1.7.1	Электрод петлевой круглый с обычной дугой, диаметр 9,53 мм, длина электрода 5 см	шт	1
1.7.2	Электрод петлевой круглый с тонкой дугой, диаметр 4,76 мм, длина электрода 5 см	шт	1
1.7.3	Электрод игольчатый диаметр 0,79 мм, длина иглы 9,63 мм, длина электрода 5 см	шт	1
1.7.4	Электрод шариковый, диаметр шарика 2 мм, длина электрода 10 см	шт	1
1.7.5	Электрод шариковый, диаметр шарика 2 мм, длина электрода 10 см	шт	1
1.7.6	Электрод игольчатый с тонкой дугой, длина иглы 9,53 мм, длина электрода 5 см	шт	1
1.7.7	Электрод игольчатый с регулируемой длиной иглы, с запасной иглой, длина электрода 5 см	шт	1
1.7.8	Электрод шариковый, диаметр шарика 2 мм	шт	1
1.7.9	Электроды активные монополярные (петли для полипэктомии)	шт	3
1.7.10	Электрод для оториноларингологии (биполярный электрод для каутеризации носовой раковины)	шт	1
1.7.11	Изолированный электрод для мукотомии, рабочая часть 8мм * 2 мм	шт	1
1.7.12	Изолированный электрод для мукотомии, рабочая часть 10мм * 2 мм	шт	1
1.7.13	Изолированный электрод для мукотомии, рабочая часть 12мм * 2 мм	шт	1
1.7.14	Электроды активные монополярные (для удаления аденоидов)	шт	2
1.7.15	Электроды активные монополярные (для увулопалатопластики)	шт	2
1.7.16	Электроды для оториноларингологии (для миринготомии)	шт	2
1.7.17	Аспирационный электрод для миринготомии, диаметр 1,5 мм	шт	1
1.7.18	Аспирационный электрод для миринготомии, диаметр 2мм	шт	1
1.7.19	Наконечник для электродов	шт	1
1.7.20	Петлевой электрод для гортани, длина 24 см, диаметр 4,5 мм	шт	1
1.7.21	Игольчатый электрод для гортани, длина 24 см	шт	1
1.7.22	Шариковый электрод для гортани, длина 24 см, диаметр 1 мм	шт	1
1.7.23	Шариковый электрод активный монополярный для радиоволновой лакунотомии, диаметр 2 мм)	шт	1
1.7.24	Шариковый электрод активный монополярный	шт	1

	(для радиоволновой лакунотомии, диаметр 2,26 мм)		
1.7.25	Шариковый электрод активный монополярный (для радиоволновой лакунотомии, диаметр 3,17 мм)	шт	1
1.7.26	Электрод активный монополярный (шариковый 2,4 мм, длина 13 см – для эпистаксиса)	шт	1
1.7.27	Электрод активный монополярный (шариковый 2,4 мм, длина 13 см – для эпистаксиса)	шт	1
1.7.28	Электрод активный монополярный петлевой диаметр 15 мм (для тонзиллотомии)	шт	1
1.7.29	Электрод активный монополярный петлевой диаметр 12 мм (для тонзиллотомии)	шт	1
1.7.30	Электрод активный монополярный игольчатый, изогнутый 1 см (для тонзиллотомии)	шт	1
1.7.31	Электроды активные монополярные (для криптолиза)	шт	2
1.7.32	Электроды активные монополярные (для операции на корне языка)	шт	2
1.7.33	Набор электродов активных монополярных с держателем (1 кюретка + 1 держатель аспирационный для тонзиллотомии)	набор	1
1.7.34	Набор электродов активных монополярных с держателем (1 кюретка + 1 держатель аспирационный для удаления аденоидов)	набор	1
1.7.35	Аспирационный электрод для удаления аденоидов, 9 мм	шт	1
1.7.36	Аспирационный электрод для удаления аденоидов, 15 мм	шт	1
1.7.37	Аспирационный электрод для удаления аденоидов, 19 мм	шт	1
1.8	Биполярный пинцет	шт	1
1.9	Кабель для биполярного пинцета	шт	1
1.10	Наконечники для биполярного пинцета	шт	2
1.11	Подставка для электродов	шт	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

№ п/п	Наименование, характеристики	Технические требования. количество
2.1	Генератор электрохирургический радиочастотный	
2.1.1	Возможность работы в следующих режимах	Резание Монополярная коагуляция Резание + Коагуляция Фульгурация Биполярная коагуляция
2.1.2	Возможность выбора режима с помощью кнопок	Наличие
2.1.3	Цифровой дисплей на передней поверхности прибора	Наличие
2.1.4	Отображение уровня мощности на дисплее	Наличие
2.1.5	Выходная частота	3,8 – 4,0 МГц
2.1.6	Осуществление разреза тканей при температуре от 38°C до 80°C	Наличие
2.1.7	Отсутствие глубокого некроза и повреждения ткани	Наличие
2.1.8	Работа от сети 220В/50Гц	Наличие
2.1.9	Вес аппарата	Не более 5 кг
2.2	Ножная педаль	
2.2.1	Приводит в действие генератор	Наличие
2.2.2	Длина кабеля не менее 1 м	Наличие
2.3	Нейтральный электрод	

2.3.1	Пластина электрода устойчива к воздействию дезинфицирующих средств	Наличие
2.3.2	Длина кабеля не менее 2 м	Наличие
2.4	Наконечники для электродов (монополярные)	
2.4.1	Длина кабеля не менее 2м	Наличие
2.4.2	Устойчивы к воздействию дезинфицирующих средств	Наличие
2.5	Наконечники для электродов ручного включения	
2.5.1	Длин кабеля не менее 2 м	Наличие
2.5.2	Устойчивы к воздействию дезинфицирующих средств	Наличие
2.5.3	Кнопки ручного включения	Наличие
2.6	Держатель для наконечника	
2.6.1	Устойчив к воздействию дезинфицирующих средств	Наличие
2.7	Комплект электродов	
2.7.1	Электрод петлевой круглый с обычной дугой, диаметр 9,53 мм, длина электрода 5 см	Наличие
2.7.2	Электрод петлевой круглый с тонкой дугой, диаметр 4,76 мм, длина электрода 5 см	Наличие
2.7.3	Электрод игольчатый диаметр 0,79 мм, длина иглы 9,63 мм, длина электрода 5 см	Наличие
2.7.4	Электрод шариковый, диаметр шарика 2 мм, длина электрода 10 см	Наличие
2.7.5	Электрод шариковый, диаметр шарика 2 мм, длина электрода 10 см	Наличие
2.7.6	Электрод игольчатый с тонкой дугой, длина иглы 9,53 мм, длина электрода 5 см	Наличие
2.7.7	Электрод игольчатый с регулируемой длиной иглы, с запасной иглой, длина электрода 5 см	Наличие
2.7.8	Электрод шариковый, диаметр шарика 2 мм	Наличие
2.7.9	Электроды активные монополярные (петли для полипэктомии)	Наличие
2.7.10	Электрод для оториноларингологии (биполярный электрод для kautеризации носовой раковины)	Наличие
2.7.11	Электроды активные монополярные (для мукотомии)	
2.7.12	Изолированный электрод для мукотомии, рабочая часть 8мм * 2 мм	Наличие
2.7.13	Изолированный электрод для мукотомии, рабочая часть 10мм * 2 мм	Наличие
2.7.14	Изолированный электрод для мукотомии, рабочая часть 12мм * 2 мм	Наличие
2.7.15	Электроды активные монополярные (для удаления аденоидов)	Наличие
2.7.16	Электроды активные монополярные (для увулопалатопластики)	Наличие
2.7.17	Электроды для оториноларингологии (для миринготомии)	Наличие
2.7.18	Аспирационный электрод для миринготомии, диаметр 1,5 мм	Наличие
2.7.19	Аспирационный электрод для мирнготомии, диаметр 2мм	Наличие
2.7.20	Наконечник для электродов	Наличие
2.7.21	Петлевой электрод для гортани, длина 24 см, диаметр 4,5 мм	Наличие
2.7.22	Игольчатый электрод для гортани, длина 24 см	Наличие

2.7.23	Шариковый электрод для гортани, длина 24 см, диаметр 1 мм	Наличие
2.7.24	Шариковый электрод активный монополярный для радиоволновой лакунотомии, диаметр 2 мм)	Наличие
2.7.25	Шариковый электрод активный монополярный (для радиоволновой лакунотомии, диаметр 2,26 мм)	Наличие
2.7.26	Шариковый электрод активный монополярный (для радиоволновой лакунотомии, диаметр 3,17 мм)	Наличие
2.7.27	Электрод активный монополярный (шариковый 2,4 мм, длина 13 см – для эпистаксиса)	Наличие
2.7.28	Электрод активный монополярный петлевой диаметр 15 мм (для тонзиллотомии)	Наличие
2.7.29	Электрод активный монополярный петлевой диаметр 12 мм (для тонзиллотомии)	Наличие
2.7.30	Электрод активный монополярный игольчатый, изогнутый 1 см (для тонзиллотомии)	Наличие
2.7.31	Электроды активные монополярные (для криптолиза), 2 в упак.	Наличие
2.7.32	Электроды активные монополярные (для операции на корне языка), 2 в упак.	Наличие
2.7.33	Набор электродов активных монополярных с держателем (1 кюретка + 1 держатель аспирационный для тонзиллотомии)	Наличие
2.7.34	Набор электродов активных монополярных с держателем (1 кюретка + 1 держатель аспирационный для удаления аденоидов)	Наличие
2.7.35	Аспирационный электрод для удаления аденоидов, 9 мм	Наличие
2.7.36	Аспирационный электрод для удаления аденоидов, 15 мм	Наличие
2.7.37	Аспирационный электрод для удаления аденоидов, 19 мм	Наличие
2.8	Биполярный пинцет	Bayonette длина 15,5 см, бранши прямые (длина 9 мм), внутренняя сторона браншей ребристая, диаметр 1 мм
2.9.	Кабель для биполярного пинцета	Устойчив к воздействию дезинфицирующих средств, длина кабеля не менее 2 м
2.10	Наконечники для биполярного пинцета	Устойчив к воздействию дезинфицирующих средств
2.11	Подставка для электродов, стерилизуемая в автоклаве	Наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документом организатора.