

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROУЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлёвае
ўнітарнае прадпрыемства
«Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71;
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80;
маркетынг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, mdt.by, СМДО Org13719
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па Гомельскай вобласці,
БІК BLBBBY2X УНП 400052327

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное
предприятие «Белмедтехника»
Республиканское дочернее торговое
унитарное предприятие
«Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71;
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80;
маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, mdt.by, СМДО Org13719
р/счет BY92BLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по Гомельской области,
БИК BLBBBY2X УНП 400052327

24.08.2026 № 4-14/313

Руководителю предприятия

ЗАПРОС информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на «Облучатель ультрафиолетовый кварцевый», согласно Приложения №1.

**в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).*

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прецедент и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **26.08.2026.**

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист по маркетингу



М.В.Саварина

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
ЛОТ 1: Облучатель ультрафиолетовый кварцевый

1. Состав (комплектация) 1 единицы оборудования

№ п/п	Состав (комплектация) оборудования	Ед.изм.	Кол-во
1.1	Облучатель	шт.	1
1.2	Тубус для рта	шт.	не менее 4
1.3	Тубус для носа	шт.	не менее 4
1.4	Тубус для миндалин	шт.	не менее 4

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№ п/п	Технические требования	Параметры
2.1	Источник излучения	Лампа ртутно-кварцевая
2.2	Диапазон излучения, нм	200-400
2.3	Время выхода на рабочий режим, не более, мин.	15
2.4	Одновременное обслуживание пациентов, не менее	4

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.