

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлёвае
ўнітарнае прадпрыемства
«Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «БЕЛІНВЕСТБАНКА»
па Гомельскай вобласці,
код BLBBBY2X УНП 400052327

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное
предприятие «Белмедтехника»
Республиканское дочернее торговое
унитарное предприятие
«Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/счет BY92BLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНКА»
по Гомельской области,
код BLBBBY2X УНП 400052327

На № 24.08.2026 № 4-17/315
ад _____

Руководителю предприятия

ЗАПРОС информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: **Физиотерапевтические аппараты**

**в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).*

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **26.08.2026.**

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист отдела маркетинга



М.В.Саварина

Технические характеристики (описание)

ЛОТ 1: Аппарат для терапии дециметровыми волнами

1. Состав (комплектация 1 единицы) медицинских изделий:

№ п/п	Состав (комплектация) оборудования	Ед.изм.	Кол-во
1.1	Электронный блок	шт.	1
1.2	Сменные излучатели	шт.	Не менее 5
1.3	Ремень для фиксации излучателей	шт.	Не менее 2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№ п/п	Технические требования	Параметры
2.1	Рабочая частота, МГц, не менее	900
2.2	Ступени регулировки мощности, Вт	0,5-15
2.3	Время установки рабочего режима, сек.	не более 30
2.4	Таймер времени процедуры с диапазоном установки	наличие
2.5	Подача звукового сигнала по окончании установленного времени процедуры	наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

ЛОТ 2: Аппарат для терапии электромагнитным излучением сантиметрового диапазона

1. Состав (комплектация) 1 единицы оборудования

№ п/п	Состав (комплектация) оборудования	Ед.изм.	Кол-во
1.1	Электронный блок	шт.	1
1.2	Сменные излучатели	шт.	Не менее 6
1.3	Сменные колпачки	шт.	Не менее 3
1.4	Ремень для фиксации излучателя	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№ п/п	Технические требования	Параметры
2.1	Рабочая частота, ГГц, не менее	2,45
2.2	Ступени регулировки мощности, Вт	0,5-20
2.3	Время установки рабочего режима, сек.	не более 30
2.4	Таймер времени процедуры с диапазоном установки	наличие
2.5	Подача звукового сигнала по окончании установленного времени процедуры	наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

ЛОТ 3: Аппарат для местной дарсонвализации

1. Состав (комплектация) 1 единицы оборудования

№ п/п	Состав (комплектация) оборудования	Ед.изм.	Кол-во
1.1	Аппарат для местной дарсонвализации	шт.	1
1.2	Электроды	шт.	Не менее 6

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№ п/п	Технические требования	Параметры
2.1	Частота несущей импульсно-модулированных высокочастотных колебаний	Не менее 110 кГц
2.2	Частота следования импульсов высокочастотных колебаний	Не менее 100 Гц
2.3	Плавная регулировка выходного тока от нулевого значения до максимального	Наличие
2.4	Таймер времени процедуры с диапазоном установки	от 1 до 99 минут
2.5	Подача звукового сигнала по окончании установленного времени процедуры	Наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.