

Технические характеристики (описание) предмета закупки.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Наименование	Количество (шт.)
Тест контроля эффективности предстерилизационной очистки медицинских инструментов	45 шт. / 1125 штук 550 штук в упаковке по 25 шт.

2. Технические требования:

2.1. Тест должен представлять собой одноразовый макет инструмента с индикаторной пластиной.

2.2. Тест макет выполнен из термостойкого полимера, для надежной фиксации на дне моечной корзины иметь крепежные пластиковые клипсы-зажимы с выемкой по середине.

2.3. Каждый тест с индикаторной пластиной упакован в индивидуальный защитный металлополимерный пакет.

2.4. Наличие на каждой упаковке данных: товарный знак предприятия-изготовителя, дата изготовления (месяц, год), гарантийный срок хранения, номер партии, предназначение и применение теста.

3. Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь- обязательно.

Ст. мер. сестра ЦСО  А. В. Снопкова?