

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
Изделия полимерные для лабораторных исследований
(Вакуумные системы для забора венозной крови)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единицы измерения	Количество
1.1.	Пробирка вакуумная с К3(2) ЭДТА для гематологических исследований. Наполнитель: К3 или К2 ЭДТА 13х75: 1 мл	штук	1500
1.2.	Пробирка вакуумная с цитратом натрия для коагулологических исследований Наполнитель: цитрат натрия 3,2%; 13х75: 1,8 мл	штук	1 500
1.3.	Пробирка вакуумная для биохимических, серологических, иммунохимических исследований Наполнитель: активатор свертывания и разделительный гель 13х75: 1-2 мл	штук	3000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Наличие цветной кодировки крышек и этикеток пробирок в зависимости от вида исследования

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора (заказчика).

БелМТ №747/26

лот 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
Изделия полимерные для лабораторных исследований
(Вакуумные системы для забора венозной крови (иглодержатели к вакуумным пробиркам)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единицы измерения	Количество
1.1.	Луэр-адаптер для взятия крови из периферических катетеров	штук	30 000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Адаптер типа Луер с резиновым клапаном на конце иглы, обращенном к пробирке и присоединенным держателем, предназначен для взятия крови из катетеров и перфузионных устройств в вакуумсодержащие пробирки

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора (заказчика).