

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий по лоту 1:

№ п/п	Наименование изделия медицинского назначения	Единицы измерения	Количество
1.	Набор реагентов для выявления наркотиков иммунохроматографическим экспресс-методом в моче (морфин/героин, марихуана, кокаин, амфетамин, метамфетамин)	шт	60

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:


- 2.1. Набор должен быть стерильным в индивидуальной упаковке.
 2.2. Предназначен для одноразового использования в клинической практике.
 2.3. Инструкция по применению на русском языке.
 2.4. Набор должен быть предназначен для выявления различных групп наркотических средств, психотропных веществ или психоактивных лекарственных средств в моче иммунохроматографическим экспресс-методом для качественного одноэтапного быстрого выявления в моче человека:

- Опиатов (морфина, кодеина, героина);
- Каннабиноидов (марихуаны);
- Кокаина и его метаболитов;
- Амфетамина;
- Метамфетамина.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:


- 3.1. Срок годности товара на дату поставки должен составлять не менее 60% от срока годности, установленного изготовителем.
 3.2. Поставщик должен гарантировать и обеспечить замену некачественного товара по заявке заказчика.

Разработчики технических требований:

Ф.И.О.	должность	подпись
Супрунчик Ирина Николаевна	Медсестра-анестезист(старшая)	
Фролков Сергей Владимирович	Врач анестезиолог-реаниматолог	

Согласовано:

Главный внештатный специалист по
 клинической лабораторной диагностике ГУЗО

 Маркевич А.В.
 « 23 » 07 2026

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий по лоту 2:

№ п/п	Наименование изделия медицинского назначения	Единицы измерения	Количество
1.	Набор реагентов для выявления наркотиков иммунохроматографическим экспресс-методом в моче (метамфетамин)	шт	50

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Набор должен быть стерильным в индивидуальной упаковке.
 2.2. Предназначен для одноразового использования в клинической практике.
 2.3. Инструкция по применению на русском языке.
 2.4. Набор должен быть предназначен для выявления различных групп наркотических средств, психотропных веществ или психоактивных лекарственных средств в моче иммунохроматографическим экспресс-методом для качественного одноэтапного быстрого выявления в моче человека:

- Метамфетамина.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

- 3.1. Срок годности товара на дату поставки должен составлять не менее 60% от срока годности, установленного изготовителем.
 3.2. Поставщик должен гарантировать и обеспечить замену некачественного товара по заявке заказчика.

Разработчики технических требований:

Ф.И.О.	должность	подпись
Супрунчик Ирина Николаевна	Медсестра-анестезист(старшая)	
Фролков Сергей Владимирович	Врач анестезиолог-реаниматолог	

Согласовано:

Главный внештатный специалист по
 клинической лабораторной диагностике ГУЗО

 Маркевич А.В.

« 23 » 09 2026

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий по лоту 3:

№ п/п	Наименование изделия медицинского назначения	Единицы измерения	Количество
1.	Набор реагентов для выявления наркотиков иммунохроматографическим экспресс-методом в моче (МДМА (экстази))	шт	50

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Набор должен быть стерильным в индивидуальной упаковке.
- 2.2. Предназначен для одноразового использования в клинической практике.
- 2.3. Инструкция по применению на русском языке.
- 2.4. Набор должен быть предназначен для выявления различных групп наркотических средств, психотропных веществ или психоактивных лекарственных средств в моче иммунохроматографическим экспресс-методом для качественного одноэтапного быстрого выявления в моче человека:

-Метилendioксипроизводных амфетамина (МДМА, МДА, МДЕА).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

- 3.1. Срок годности товара на дату поставки должен составлять не менее 60% от срока годности, установленного изготовителем.
- 3.2. Поставщик должен гарантировать и обеспечить замену некачественного товара по заявке заказчика.

Разработчики технических требований:

Ф.И.О.	должность	подпись
Супрунчик Ирина Николаевна	Медсестра-анестезист(старшая)	
Фролков Сергей Владимирович	Врач анестезиолог-реаниматолог	

Согласовано:

Главный внештатный специалист по
клинической лабораторной диагностике ГУЗО
Маркевич А.В.

« 23 » 2026

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий по лоту 4:

№ п/п	Наименование изделия медицинского назначения	Единицы измерения	Количество
1.	Набор реагентов для выявления наркотиков иммунохроматографическим экспресс-методом в моче (ТСА)	шт	50

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Набор должен быть стерильным в индивидуальной упаковке.
 2.2. Предназначен для одноразового использования в клинической практике.
 2.3. Инструкция по применению на русском языке.
 2.4. Набор должен быть предназначен для выявления различных групп наркотических средств, психотропных веществ или психоактивных лекарственных средств в моче иммунохроматографическим экспресс-методом для качественного одноэтапного быстрого выявления в моче человека:

- Трициклических и др. антидепрессантов (амитриптилин, имипрамин и др.)

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:


- 3.1. Срок годности товара на дату поставки должен составлять не менее 60% от срока годности, установленного изготовителем.
 3.2. Поставщик должен гарантировать и обеспечить замену некачественного товара по заявке заказчика.

Разработчики технических требований:

Ф.И.О.	должность	подпись
Супрунчик Ирина Николаевна	Медсестра-анестезист(старшая)	
Фролков Сергей Владимирович	Врач анестезиолог-реаниматолог	

Согласовано:

Главный внештатный специалист по
клинической лабораторной диагностике ГУЗО

 Маркевич А.В.

« 23 » 07 2026

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий по лоту 5:

№ п/п	Наименование изделия медицинского назначения	Единицы измерения	Количество
1.	Набор реагентов для выявления наркотиков иммунохроматографическим экспресс-методом в моче (бензодиазепин)	шт	50

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:


- 2.1. Набор должен быть стерильным в индивидуальной упаковке.
 2.2. Предназначен для одноразового использования в клинической практике.
 2.3. Инструкция по применению на русском языке.
 2.4. Набор должен быть предназначен для выявления различных групп наркотических средств, психотропных веществ или психоактивных лекарственных средств в моче иммунохроматографическим экспресс-методом для качественного одноэтапного быстрого выявления в моче человека:

-Производных 1,4-бензодиазефина и дибензазефина (дiazepam, феназепам и др.).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:


- 3.1. Срок годности товара на дату поставки должен составлять не менее 60% от срока годности, установленного изготовителем.
 3.2. Поставщик должен гарантировать и обеспечить замену некачественного товара по заявке заказчика.

Разработчики технических требований:

Ф.И.О.	должность	подпись
Супрунчик Ирина Николаевна	Медсестра-анестезист(старшая)	
Фролков Сергей Владимирович	Врач анестезиолог-реаниматолог	

Согласовано:

Главный внештатный специалист по
 клинической лабораторной диагностике ГУЗО

 Маркевич А.В.
 « 23 » 04 2026

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий по лоту 6:

№ п/п	Наименование изделия медицинского назначения	Единицы измерения	Количество
1.	Набор реагентов для выявления наркотиков иммунохроматографическим экспресс-методом в моче (барбитураты)	шт	50

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:


- 2.1. Набор должен быть стерильным в индивидуальной упаковке.
 2.2. Предназначен для одноразового использования в клинической практике.
 2.3. Инструкция по применению на русском языке.
 2.4. Набор должен быть предназначен для выявления различных групп наркотических средств, психотропных веществ или психоактивных лекарственных средств в моче иммунохроматографическим экспресс-методом для качественного одноэтапного быстрого выявления в моче человека:

- Барбитуратов (фенобарбитал, циклобарбитал и др.)

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:


- 3.1. Срок годности товара на дату поставки должен составлять не менее 60% от срока годности, установленного изготовителем.
 3.2. Поставщик должен гарантировать и обеспечить замену некачественного товара по заявке заказчика.

Разработчики технических требований:

Ф.И.О.	должность	подпись
Супрунчик Ирина Николаевна	Медсестра-анестезист(старшая)	
Фролков Сергей Владимирович	Врач анестезиолог-реаниматолог	

Согласовано:

Главный внештатный специалист по
 клинической лабораторной диагностике ГУЗО

 Маркевич А.В.

« 23 » 04 2026