

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлёвае
ўнітарнае прадпрыемства
«Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «БЕЛІНВЕСТБАНКА»
па Гомельскай вобласці,
код BLBBBY2X УНП 400052327

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное
предприятие «Белмедтехника»
Республиканское дочернее торговое
унитарное предприятие
«Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/счет BY92BLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНКА»
по Гомельской области,
код BLBBBY2X УНП 400052327

На № 24.08.2026 № 4-17/318
ад _____

Руководителю предприятия

ЗАПРОС информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на **«Аппараты физиотерапевтические»** (см. Приложение 1)

**в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).*

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, преискурнт и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **26.08.2026г.**

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист отдела маркетинга



М.В.Саварина

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
ЛОТ 1: Аппарат магнитотерапевтический низкочастотный портативный

1. Состав (комплектация) 1 единицы оборудования

№ п/п	Состав (комплектация) оборудования	Ед.изм.	Кол-во
1.1	Блок управления	шт.	1
1.2	Стойка	шт.	1
1.3	Излучатель основной	шт.	Не менее 4
1.4	Излучатель оголовье	шт.	1
1.5	Излучатель гибкий	шт.	Не менее 2
1.6	Излучатель офтальмологический	шт.	1
1.7	Столик-штатив	шт.	1
1.8	Штатив	шт.	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№ п/п	Технические требования	Параметры
2.1	Виды поля	«бегущее» и «неподвижное»
2.2	Амплитудное значение индукции на поверхности индукторов, мТл	от 2 до 45
2.3	Частота следования импульсов, Гц	от 1 до 100
2.4	Количество программ воздействия, не менее	40
2.5	Сигнализация об основных неисправностях и автоматическое прекращение работы	наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Приложение №1
к заявке на закупку
Аппарат магнитотерапевтический для
терапии низкочастотным низкоинтенсивным
магнитным полем

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

**Лот №1: Аппарат магнитотерапевтический для терапии низкочастотным
низкоинтенсивным магнитным полем**

1. Состав (комплектация) 1 единицы оборудования

№ п/п	Состав (комплектация) оборудования	Ед.изм.	Кол-во
1.1	Блок управления	шт.	1
1.2	Излучатель основной	шт.	1
1.3	Излучатель локальный	шт.	1
1.4	Излучатель гибкий	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№ п/п	Технические требования	Параметры
2.1	Виды поля	«бегущее» и «неподвижное»
2.2	Амплитудное значение индукции на поверхности основного излучателя и гибкого излучателя: – «бегущее» – при частоте следования импульсов от 1 до 75 имп/с, не более, мТл от 1 до 100 имп/с, в диапазоне, мТл – «неподвижное» – при частоте от 1 до 16 имп/с, в диапазоне, мТл	25 от 2 до 20 от 2 до 6
2.3	Амплитудное значение индукции на поверхности локального излучателя – при частоте следования импульсов от 1 до 100 имп/с, в диапазоне, мТл от 1 до 50 имп/с, в диапазоне, мТл	от 2 до 30 от 35 до 45
2.4	Количество программ воздействия, не менее	40
2.5	Сигнализация об основных неисправностях и автоматическое прекращение работы	наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Приложение №1
к заявке на закупку
Аппарат магнитотерапевтический
низкочастотный портативный

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
ЛОТ 1: Аппарат магнитотерапевтический низкочастотный портативный

1. Состав (комплектация) 1 единицы медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Количество
1.1	Аппарат магнитотерапевтический портативный	шт	1
1.2	Индикатор магнитного поля	шт	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№ п/п	Технические требования	Параметры
2.1	Амплитудное значение магнитной индукции на рабочей поверхности аппарата, мТл	не менее 20
2.2	Время установления рабочего режима, сек.	не более 3

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Приложение №1
к заявке на закупку
Аппарат ультразвуковой терапии

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Лот №1: Аппарат для ультразвуковой терапии

1. Состав (комплектация) 1 единицы оборудования

№ п/п	Состав (комплектация) оборудования	Ед.изм.	Кол-во
1.1	Аппарат ультразвуковой терапии	шт.	1
1.2	Сменные излучатели	шт.	Не менее 2
1.3	Кабель соединительный	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№ п/п	Технические требования	Параметры
2.1	Режим работы аппарата	Непрерывный, импульсный
2.2	Сетевая индикация наличия тока	наличие
2.3	Время установки рабочего режима, сек	Не более 30
2.4	Диапазон установки таймера, мин	1-30
2.5	Контроль контакта излучателя с телом пациента	наличие
2.6	Защита излучателей от перегрева	наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Приложение №1
к заявке на закупку
Аппарат физиотерапевтический портативный
(низкочастотное магнитное поле,
режим импульсный)

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
ЛОТ 1: Аппарат физиотерапевтический портативный (низкочастотное магнитное поле, режим импульсный)

1. Состав (комплектация) 1 единицы оборудования:

№ п/п	Состав (комплектация) оборудования	Ед.изм.	Кол-во
1.1	Блок управления	шт.	1
1.2	Индукторы	шт.	Не менее 3

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№ п/п	Технические требования	Параметры
2.1	Тип воздействия	низкочастотное импульсное магнитное поле
2.2	Амплитуда магнитной индукции, мТл	не менее 15 - не более 45
2.3	Частота следования импульсов, Гц	не менее 10
2.4	Частота воздействия, в диапазоне, Гц	80–120
2.5	Режим работы	повторно-кратковременный

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
ЛОТ 1: Аппарат для низкочастотной электротерапии

1. Состав (комплектация) 1 единицы оборудования

№ п/п	Состав (комплектация) оборудования	Ед.изм.	Кол-во
1.1	Прибор низкочастотной электротерапии	шт.	1
1.2	Кабель пациента	шт.	Не менее 3
1.3	Электрод фланелевый	шт.	Не менее 26

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№ п/п	Технические требования	Параметры
2.1	Аппарат должен проводить следующие виды электротерапии	Лечение токами низкой частоты – не менее 1 канала Лечение токами средней частоты – не менее 2 каналов
2.2	Аппарат должен обеспечивать	регулировку интенсивности от 0 до 80 мА
2.3	Возможность программирования основных параметров часто используемых процедур	наличие
2.4	Выбор модулирующей частоты	от 1 до 150 Гц
2.5	Автоматическое отключение по окончании процедур с плавным снижением силы тока и подачей звукового сигнала	наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
ЛОТ 1: Аппарат магнито - лазерный терапии

1. Состав (комплектация 1 единицы) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Количество
1.1	Аппарат магнито - лазерный терапии	Шт.	1
1.2	Принадлежности, включая набор сменных насадок и защитные очки от лазерного излучения	Комп-т	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№п/п	Наименование	параметры
2.1.	Импульсная мощность лазерного излучения, Вт	Не более 20
2.2.	Средняя мощность инфракрасного светодиодного излучения, мВт	Не более 90
2.3.	Средняя мощность излучения красных светодиодов, мВт	Не более 10

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Приложение №1
к заявке на закупку
Аппарат для местного лечебного
воздействия электромагнитным
полем ультравысокой частоты

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
ЛОТ 1: Аппарат для местного лечебного воздействия электромагнитным полем
ультравысокой частоты

1. Состав (комплектация 1 единицы) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единицы изм.	Количество
1.1	Аппарат УВЧ-терапии	Шт.	1
1.2	Комплект электродов	комплект	1
1.3	Аппликатор вихревых токов	Шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№п/п	Наименование	параметры
2.1.	Частота колебаний	27,12 МГц+/-0,16 МГц
2.2	Аппарат должен иметь ступени выходной мощности	Не менее 3
2.3	Время установки рабочего режима, мин	Не более 3
2.4	Диапазон установки таймера, мин	1-99
2.5	Мощность, Вт	Не более 160

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Приложение №1
к заявке на закупку
Аппарат низкочастотный
физиотерапевтический для электросна

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
ЛОТ 1: Аппарат низкочастотный физиотерапевтический для электросна

1. Состав (комплектация) 1 единицы оборудования

№ п/п	Состав (комплектация) оборудования	Ед.изм.	Кол-во
1.1	Аппарат для электросна	шт.	1
1.2	Кабели пациента	шт.	Не менее 2
1.3	Маска для электросна	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№ п/п	Технические требования	Параметры
2.1	Частота следования импульсного тока, в диапазоне, Гц	1-200
2.2	Ток пациента в режиме электросна, не более, мА	10
2.3	Отображение информации о ходе процедуры	Наличие
2.4	Таймер времени процедуры с диапазоном установки	наличие
2.5	Подача звукового сигнала по окончании установленного времени процедуры	Наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.