

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 1 Шкаф (полка) навесной 2-х полочный с одной регулируемой полкой

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Шкаф (полка) навесной 2-х полочный с одной регулируемой полкой	штук	7

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

- 2.1. Должен быть изготовлен из нержавеющей стали;
- 2.2. Должен быть устойчивым к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов;
- 2.3. Наличие отверстий для вентиляции;
- 2.4. Наличие двух распашных дверей;
- 2.5. Наличие двух полок, одна из них регулируемая по высоте.
- 2.6. Габаритные размеры: длина 800-900 мм
ширина (глубина) 300-400 мм
высота 450-650 мм

Лот 2 Тумбочка (тумба) с распашными дверьми

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Тумбочка (тумба) с распашными дверьми	штук	7

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

- 2.1. Должен быть изготовлена из стали с полимерным покрытием светлого цвета;
- 2.2. Должен быть устойчив к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов;
- 2.2. Столешница из ламинированного постформинга светлого цвета;
- 2.3. Наличие двух распашных дверей и двух регулируемых полок внутри;
- 2.4. Наличие четырех опор регулируемых по высоте;
- 2.5. Габаритные размеры: длина 500-600 мм
ширина (глубина) 850-950 мм
высота 650-900 мм

Лот 3 Стол с полкой

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Стол с полкой	штук	5

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

- 2.1. Должен быть изготовлен из нержавеющей стали;
- 2.2. Должен быть устойчив к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов;
- 2.3. Наличие полки, межполочное расстояние 450-500 мм
- 2.4. Нагрузка на столешницу не менее 20 кг
- 2.5. Габаритные размеры: длина 480-550 мм
ширина (глубина) 480-550 мм
высота 830-900 мм

Лот 4 Стол с полкой

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Стол с полкой	штук	3

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

- 2.1. Должен быть изготовлен из нержавеющей стали;
- 2.2. Должен быть устойчив к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов;
- 2.3. Наличие полки, межполочное расстояние 450-500 мм
- 2.4. Нагрузка на столешницу не менее 30 кг
- 2.5. Габаритные размеры: длина 750-850 мм
ширина (глубина) 550-650 мм
высота 830-900 мм

Лот 5 Тележка двухуровневая на колесных опорах для транспортировки пищи

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Тележка двухуровневая на колесных опорах для транспортировки пищи	штук	4

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

- 2.1. Тележка должна быть двухуровневая: верхний уровень – поддон, нижний уровень – полка;
- 2.2. Каркас тележки должен быть изготовлен из стали с полимерным покрытием, поддон и полка - нержавеющей текстурированная сталь;
- 2.3. Наличие четырех колес, диаметром не менее 100 мм; наличие тормоза на одном или двух колесных опорах;
- 2.4. Межполочное расстояние не менее 700 мм;
- 2.5. Нагрузка на поддон и полку не менее 35 кг;
- 2.6. Наличие ручки.
- 2.7. габаритные размеры:

наименование параметра, единица измерения	в пределах
габаритные размеры поддона, мм	

длина	950-1000
ширина	550-600
высота бортика	не менее 50 мм
наименование параметра, единица измерения	в пределах
габаритные размеры полки, мм	
длина	950-1000
ширина	550-600

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) в соответствии с аукционными документами.

3.1. Должен иметь Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Приложение 1

10m N6

1. Технические требования:

№ п/п	Технические характеристики	Наличие функции или величина параметра
1.1.	Длина стола, не менее	1950 мм
1.2.	Ширина стола, не менее	650мм
1.3.	Минимальная высота поверхности стола (без учёта толщины подушек), не менее	750 мм
1.4.	Максимальная высота поверхности стола (без учёта толщины подушек), не более	1050 мм
1.5.	Наклон головной секции	Наличие
1.6.	Безопасная рабочая нагрузка стола, не менее	150 кг.

2. Дополнительные технические требования к составным частям и комплектующим:

№ п/п	Технические характеристики	Наличие функции или величина параметра
2.1.	Мягкий, синтетический, антистатический материал(поролон)	Наличие
2.2.	Поверхность предназначена для многократной обработки(дезинфекции) с гладкой, непористой структурой, устойчивая к химическим агентам.	Наличие
2.3.	Основание стол металлический каркас, устойчивый к химическим агентам	

4. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Медицинская техника должна быть новой, не восстановленной.

3.2. В стоимость предложения должны быть включены:

3.2.1. Сборка/монтаж на объекте заказчика (ввод МТ в эксплуатацию).

3.2.2. Гарантийное обслуживание на объекте сроком не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатации