

Приложение №1

Лом N 1

Состав (комплектация) оборудования и его технические характеристики:

Наименование	Техническая характеристика	Количество
Хирургический аппарат для наложения кожного шва одноразовый стерильный в комплекте с экстрактором скоб	1. Индикатор правильности позиционирования относительно разреза 2. Возможность визуальной оценки количества скоб в аппарате 3. Материал изготовления скоб – нержавеющая сталь 4. Поверхность скоб гладкая 5. Диаметр проволоки скоб не более 0,6 мм 6. Размеры скоб: - высота 3,8-4,6 мм; - ширина 6,0-7,0 мм. 7. Количество скоб в аппарате: 35-40 шт. 8. Рабочая часть экстрактора металлическая.	150 шт

* для проведения оперативных вмешательств эндопротезирования тазобедренного, коленного суставов

Лот №2

Приложение

1

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Одноразовый клип-аппликатор	штука	10

2. Технические требования:

2.1 Одноразовый клип-аппликатор.

2.2 область применения: колоноскопия, гастроскопия.

2.2 рабочая длина 2300мм;

2.3 диаметр вводимой части 2.4мм

2.4 диаметр инструментального канала 2.8 мм

2.5 ширина раскрытия 17мм

2.5 вращение на 360 градусов.

2.6 совместим с видеогастроскопом Olympus GIF LV1, год выпуска 2014г., диаметр инструментального канала 2.8мм.

2.7 совместимые с видеоколоноскопом Olympus CFLV1L, год выпуска 2022г., диаметр инструментального канала 3.7 мм.