

**ОПИСАНИЕ**

**потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки**

Набор для сбора тромбоцитов, плазмы и эритроцитов, для заготовки тромбоцитов в добавочном растворе на автоматическом сепараторе

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий**

| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Единица измерения | Количество |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Набор для сбора тромбоцитов, плазмы и эритроцитов, для заготовки тромбоцитов в добавочном растворе на автоматических сепараторах «Trima» (Terumo BCT Inc.) находящихся на балансе организаций службы крови города Минска, в состав которого входит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- камера лейкоредукции LRS;</li> <li>- кассета кровопроводящих магистралей;</li> <li>- насосный сегмент;</li> <li>- кольцевой сепараторный канал;</li> <li>- мешок для сбора и хранения компонентов крови (для тромбоцитов);</li> <li>- мешок для сбора и хранения компонентов крови (для плазмы);</li> <li>- мешок для сбора и хранения компонентов крови (для эритроцитов);</li> <li>- мешок для сбора и хранения компонентов крови (для отвода воздуха);</li> <li>- иглы (16G или 17G) для венепункции с защитным колпачком;</li> <li>- мешок для образцов крови;</li> <li>- линия антикоагулянта;</li> <li>- линия подачи ресуспендирующего раствора к эритроцитам;</li> <li>- магистраль добавочного раствора с соединением luer lock</li> </ul> | штук              | 500        |

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».**

\*2.1. Набор расходных материалов (система) должен быть совместим с аппаратом автоматического сбора компонентов крови и предназначен сбора тромбоцитов, плазмы и эритроцитов, для заготовки тромбоцитов в добавочном растворе

2.2. Набор расходных материалов (система) должен быть в индивидуальной стерильной упаковке.

\*2.3. Количество лейкоцитов в одной дозе полученного тромбоцитарного концентрата - не более  $1 \times 10^6$ ;

\*2.4. Пластик контейнера, предназначенного для заготовки и хранения концентрата тромбоцитов, должен обеспечивать газопроницаемость и жизнеспособность тромбоцитов в течение не менее 5-ти суток при температуре от +20°C до +24°C.

2.5. Экстракорпоральный объем набора - не более 200 мл.;

2.6. Наличие этикетки, имеющей свободное место (поле) для внесения дополнительной информации и прочно фиксирующейся на них.

\* требования технического задания, отмеченные символом (звездочка), являются принципиально важными, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности согласно аукционных документов организатора

**ОПИСАНИЕ**

**потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки**

Добавочный раствор для хранения тромбоцитов

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий**

| № п/п | Наименование                                | Единица измерения | Количество |
|-------|---------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1     | Добавочный раствор для хранения тромбоцитов | штук              | 500        |

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».**

2.1. Добавочный раствор для хранения тромбоцитов. должен соответствовать химическому составу официальной прописи и содержать на 1000 мл раствора: тригидрат натрия цитрат не менее 3 г.; натрия дигидрофосфата дигидрат не менее 1 г.; хлорид калия не менее 0.2 г.; -динатрий фосфор додекагидрический не менее 6 г.; натрий хлорид не менее 3г.; магния хлорида гексагидрат не менее 0.2г.; тригидрат натрия ацетат не менее 4г.; вода для инъекций. (обеспечивающий заготовку и хранение тромбоцитов не менее 5 суток).

2.2. Количество добавочного раствора для хранения тромбоцитов в контейнере должно быть не менее 300 мл.

2.3. Наличие инъекционного порта в контейнере с добавочным раствором, совместимого с набором для заготовки тромбоцитов.

2.4. Содержимое контейнера с раствором должно быть стерильным, прозрачным.

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).**

3.1. Срок годности согласно аукционных документов организатора