

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий
медицинского назначения**

(при необходимости с разделением на лоты)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ЭНДОСКОПАМ.

(наименование предмета государственной закупки)

1. Состав (комплектация) оборудования

	<i>Номер и наименование ЛОТа</i>	<i>Состав (размер) оборудования</i>	<i>Количество</i>
Лот 5	1. Петля для полипэктомии-- овальная----		3шт
Лот 6	2. Петля для полипэктомии шестиугольная---		4шт
Лот 7	3. Сменная рукоятка		2шт

2. Технические требования:

Лот 5 ~~Лот №1: 2.1. диаметр канала 2,8 мм; 2.2. длина инструмента 2300,0 мм (не менее); 2.3. диаметр
петли 30,0 мм.~~

Лот 6 ~~Лот №2: 2.4. диаметр канала 2,8 мм; 2.5. длина инструмента 2300,0 мм (не менее); 2.6. диаметр
петли 30,0 мм.~~

Лот 7 ~~Лот №3: 2.7. Многоцветная, автоклавируемая, для канала 2,8 мм.~~

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1. согласно аукционным документам организатора.

4. Требования предъявляемые законодательством РБ к медицинским изделиям при их обращении.

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.