

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

(при необходимости с разделением на лоты)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ЭНДОСКОПАМ.

(наименование предмета государственной закупки)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий :

№п/п	Наименование	Количество
Лот-1	Трубка медицинская силиконовая	25 метров

Лот 9

2. Технические требования:

Лот-1 ЛОТ 9
Полиуретановая трубка медицинская
2.1. предназначена для аспирации жидкостей;
2.2. многоразовая, автоклавируемая;
2.3. диаметр внутренний канала 6-8 мм;
2.4. диаметр наружный 10-14 мм.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1. согласно аукционным документам организатора.

4. Требования предъявляемые законодательством РБ к медицинским изделиям при их обращении.

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.