

1. Состав (комплектация) медицинских изделий к Лоту № 1

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1.	Блок комбинированный: электрохирургический и ультразвуковой	1 шт.
1.2.	Тележка для блока комбинированного: электрохирургического и ультразвукового	1 шт.
1.3.	Трансдьюсер ультразвуковой	2 шт.
1.4.	Инструмент ультразвуковой, 5-5,5 мм, 33-37 см	10 шт.

2. Технические требования

№ п/п	Наименование/ Технические требования
2.1.	Блок комбинированный: электрохирургический и ультразвуковой:
2.1.1.	сенсорный экран управления аппаратом;
2.1.2.	режим биполярной коагуляции, мощность не менее 70 Вт;
	режим биполярного лигирования сосудов, мощность не менее 120 Вт;
2.1.3.	не менее 2-х режимов работы с ультразвуковыми инструментами: - максимальная мощность; - заданная мощность (не менее 5 уровней мощности);
2.1.4.	мощность в ультразвуковом режиме, не менее 60 Вт;
2.1.5.	частота в ультразвуковом режиме, от 30 до 80 кГц;
2.1.6.	Наличие функции «умного определения тканей» в ультразвуковом режиме – автоматическая регулировка выходной мощности в зависимости от типа ткани;
2.1.7.	Наличие функции «улучшенная герметизация (лигирование) сосудов» в ультразвуковом режиме – улучшенное лигирование сосудов;
2.1.8.	Разъемы - не менее 1-го биполярного (в том числе для подключения инструментов для лигирования); - не менее 1-го для ультразвукового трансдьюсера;
2.2.	Тележка для блока комбинированного: электрохирургического и ультразвукового:
2.2.1.	адаптирована к блока комбинированному: электрохирургическому и ультразвуковому;
2.2.2.	Наличие: - место для хранения педалей; - выдвижной ящик; - наличие транспортировочной ручки; - наличие боковых «крепежных рельс»;
2.3.	Трансдьюсер ультразвуковой:
2.3.1.	для передачи ультразвуковой энергии;

2.3.2.	автоклавизируемый.
2.4.	Инструмент ультразвуковой, 5-5,5 мм, 33-37 см:
2.4.1.	фронтальная рукоятка;
2.4.2.	диаметр — 5-5,5 мм; рабочая длина 33-36 см;
2.4.3.	не менее 2-х кнопок управления: - максимальная мощность; - заданная мощность;
2.4.4.	ротация браш — 360°;
2.4.5.	верхняя браш — подвижная; нижняя браш — неподвижная. ультразвуковое воздействие;
2.4.6.	возможность одновременного заваривания и пересечения сосудов — не менее 5 мм;
2.5.	Инструмент ультразвуковой, 5-5,5 мм, 43-47 см:
2.5.1.	фронтальная рукоятка;
2.5.2.	диаметр — 5-5,5 мм; рабочая длина 43-47 см;
2.5.3.	не менее 2-х кнопок управления: - максимальная мощность; - заданная мощность;
2.5.4.	ротация браш — 360°;
2.5.5.	верхняя браш — подвижная; нижняя браш — неподвижная. ультразвуковое воздействие;
2.5.6.	возможность одновременного заваривания и пересечения сосудов — не менее 5 мм;

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Оборудование должно поставляться с гарантийной поддержкой не менее двух лет со дня ввода в эксплуатацию.

3.2. Руководство пользователя, эксплуатационно-техническая документация на русском языке.