



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «МГКОЦ»

В.А. Кондратович
«14» июля 2026 г.

1. Заявка на закупку: **Измерители-регистраторы (логгер) влажности и температуры.**

1. Сведения о заказчике	
Полное наименование	Учреждение здравоохранения "Минский городской клинический онкологический центр"
Место нахождения	220013, г. Минск, пр. Независимости, 64
УНП	100 854 061
Адрес электронной почты	mgkod_z@mail.ru
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	

2. Сведения о государственной закупке:

2.1. Предмет закупки:

Лот 1	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	Электронное устройство для измерения температуры в холодильном оборудовании
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению №1
Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1>	26.51.51.700 Ареометры, гигрометры и психрометры, термометры и пирометры прочие
Объем (количество)	31 штука
Срок, график поставки товара	4 квартал 2026 год
Источник финансирования государственной закупки	Местный бюджет
Лот 2	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	Электронное устройство для измерения температуры и относительной влажности воздуха помещении
Описание потребительских, функциональных, технических,	Согласно приложению №2

качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки	
Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1>	26.51.51.700 Ареометры, гигрометры и психрометры, термометры и пирометры прочие
Объем (количество)	21 штука
Срок, график поставки товара	4 квартал 2026 год
Источник финансирования государственной закупки	Местный бюджет

3. Место поставки: г. Минск, пр. Независимости, 64

4. Порядок оплаты: по факту поставки.

5. Валюта платежа: белорусский рубль.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

в рамках реализации объекта строительства:
«Возведение здания специализированного здравоохранения и предоставления социальных
услуг по адресу:
пр.Независимости, 64/10, с выделением очередей строительства»

ЛОТ 1
**Электронное устройство для измерения температуры
в холодильном оборудовании – 21 единица**

1. Состав 1 комплекта:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1.1.	Измеритель-регистратор (логер)	1
1.2.	Батарейка Литиевая 1/2АА	1
1.3.	Кронштейн для крепления	1
1.4.	Инструкция по эксплуатации и паспорт	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

№ п/п	Наименование параметров
2.1.	Применяется для измерения и регистрации термолабильных лекарственных средств в холодильном оборудовании с последующей обработкой полученной информации на ПК (через USB-разъем).
2.2.	Период регистрации – от 1 с до 24 ч.
2.3.	Диапазон температуры – от -40...+550С.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1 Предлагаемое к поставке оборудование (измерители-регистраторы) должно быть внесено в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь.

3.2. Сертификат об утверждении типа средств измерений РБ должен быть действующим на дату производства товара.

3.3. Оборудование должно поставляться с отметкой о прохождении первичной государственной поверки РБ или РФ с приложением Свидетельства о поверке установленного образца.

3.4. Оставшийся срок действия государственной поверки на момент фактической передачи товара на склад Заказчика должен составлять не менее 85% от установленного межповерочного интервала для данной модели.

3.5. В составе предложения Участник обязан предоставить копию действующего Сертификата об утверждении типа средств измерений Республики Беларусь с Описанием типа.

Разработчики технических характеристик:

Члены комиссии:

Медицинская сестра (старшая) ОКДОТП

Медицинская сестра (старшая) ОКПО-1

Согласовано:

Главная медицинская сестра

И.А.Ананич

Л.Н.Макарова

Е.А.Рогачевская

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

в рамках реализации объекта строительства:
«Возведение здания специализированного здравоохранения и предоставления социальных услуг по адресу:
пр.Независимости, 64/10, с выделением очередей строительства»

ЛОТ 2

Электронное устройство для измерения температуры и относительной влажности воздуха в помещении– 31 единица

3. Состав 1 комплекта:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1.1.	Измеритель-регистратор (логер)	1
1.2.	Батарейка Литиевая 1/2АА	1
1.3.	Кронштейн для крепления	1
1.4.	Инструкция по эксплуатации и паспорт	1

4. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

№ п/п	Наименование параметров
2.1.	Применяется для измерения и регистрации термолабильных лекарственных средств в холодильном оборудовании с последующей обработкой полученной информации на ПК (через USB-разъем).
2.2.	Период регистрации – от 1 с до 24 ч.
2.3.	Диапазон температуры – от -40...+550С.
2.4.	Относительная влажность, % - от 0 до 90.

4. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1 Предлагаемое к поставке оборудование (измерители-регистраторы) должно быть внесено в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь.

3.2. Сертификат об утверждении типа средств измерений РБ должен быть действующим на дату производства товара.

3.3. Оборудование должно поставляться с отметкой о прохождении первичной государственной поверки РБ или РФ с приложением Свидетельства о поверке установленного образца.

3.4. Оставшийся срок действия государственной поверки на момент фактической передачи товара на склад Заказчика должен составлять не менее 85% от установленного межповерочного интервала для данной модели.

3.5. В составе предложения Участник обязан предоставить копию действующего Сертификата об утверждении типа средств измерений Республики Беларусь с Описанием типа.

Разработчики технических характеристик:

Члены комиссии:

Медицинская сестра (старшая) ОКДОТП



И.А.Ананич

Медицинская сестра (старшая) ОКПО-1

Л.Н.Макарова

Согласовано:

Главная медицинская сестра



Е.А.Рогачевская