

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

УЗ «Минская областная
детская клиническая
больница»



Д.В.Зайцев

2026г.

1. Заявка на закупку: Монитор суточного мониторирования ЭКГ (Холтер).

Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница»
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	223053 Минский район, Боровлянский с/с, д. Боровляны, ул. Фрунзенская, д.19Б/5.
Учетный номер плательщика	100805135
Адрес электронной почты	snab@modkb.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	www.modkb.by

Лот 1	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	Монитор суточного мониторирования ЭКГ (Холтер)
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению 1
Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков)	26.60.12.800
Объем (количество)	6 комплектов
Предельная стоимость государственной закупки по лоту	55 638,00 бел. руб.
Источник финансирования государственной закупки	Минский областной бюджет
Проведение закупки в рамках Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 N 51 "О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий"	Да
Подтверждение все позиции лота входят в перечень Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 N 206 (ред. от 09.06.2021) "О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих"	Да

такие товары, к участию в процедурах государственных закупок"	
Требования к участникам	согласно аукционным документам организатора

2. Фамилии, собственные имена, отчества (если таковые имеются), занимаемые должности служащих, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором: - начальник отдела материально-технического снабжения Терехович Татьяна Владимировна, тел. 265 39 40.
- Гайванович Анна Владимировна, врач ОФД.

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1.2. Состав оборудования (1 комплекта поставки).

№ п/п	Наименование	Базовые параметры	Кол-во
1.1.	Носимый регистратор для длительной записи и анализа ЭКГ	Предназначен для непрерывной регистрации ЭКГ до 72 часов	1 шт.
1.2.	Карта памяти стандартного типа SD	Предназначена для сохранения непрерывной записи ЭКГ без сжатия	1 шт.
1.3.	Чехол сумка для регистратора	наличие	1 шт.
1.4. *	Чехол одноразового использования	наличие	10 шт.
1.5.	Электроды одноразовые	наличие	150 шт
1.6.	Аккумуляторные батареи	наличие	4 шт.
1.7.	Зарядное устройство	наличие	1 шт.
1.8.	Руководство по эксплуатации (паспорт)	наличие	1 экз.

№	Наименование	Кол-во
1.	Монитор суточного мониторирования ЭКГ (Холтер)	6 комплектов

1. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

№ п/п	Наименование	Базовые параметры
1. Основные параметры суточного мониторинга ЭКГ		
1.1. Требования к носимому регистратору ЭКГ		
1.1.1	Условия эксплуатации	- температура от 10 °С до 35°С; - относительная влажность до 80%
1.1.2	Электропитание	От двух аккумуляторов или батареек
1.1.3	Масса кардиорегистратора (без элементов питания):	не более 85 г.
1.1.4	Требования безопасности	Класс II с типом защиты CF
1.1.5	Режимы регистрации	Непрерывная регистрация 3 каналов и 12 стандартных (реконструированных) отведений
1.1.6*	Детекция кардиостимуляции 1-2-3 камерной	Распознавание импульсов стимулятора: - длительность 0.1мс - 50 мс; - амплитуда 0.1мВ - 5мВ
1.1.7*	Наличие датчика движения и положения тела в пространстве	наличие
1.1.8*	Наличие канала реопневмограммы канала дыхания	наличие
1.1.9*	Возможность записи голосовых сообщений, речевых меток пациента	наличие
1.1.10*	Запись ЭКГ без сжатия до 72 часов (3 суток)	наличие
1.1.11*	Энергонезависимая память	Flash карта стандартного типа SD
1.1.12*	Чтение данных (суточной и более записи ЭКГ) с Flash карты с помощью Картридера	Наличие
1.1.13	Диапазон входных напряжений	От 0,1 до 5 мВ
1.1.14	Диапазон регистрируемых сигналов	От 0,5 до 100 Гц
1.1.15	Частота дискретизации	250 Гц
1.1.16	Коэффициент ослабления синфазных сигналов	100 дБ
1.1.17	Относительная погрешность измерения напряжения сигналов	± 7 %
1.1.18	Относительная погрешность регистрации калибровочного сигнала	± 5 %
1.1.19	Длительность записи	до 72 часов (3 суток)
1.1.20	Время считывания информации	не более 40 сек
1.1.21	Средний срок службы	не менее 5 лет
1.1.22	Ввод данных пациента в память регистратора при программировании	наличие
1.1.23	Возможность запуска носимого регистратора без ПК в "полевых" условиях	наличие
1.2.	Требования к программному обеспечению	
1.2.1*	Обеспечивается взаимодействие заказываемого оборудования с имеющимся у Заказчика оборудованием Комплексом аппаратно-программным, суточного мониторинга ЭКГ «Кардиорегистратор портативный «КР-01», в том числе:	подтверждается документом от производителя программно-аппаратного комплекса суточного мониторинга ЭКГ «Кардиорегистратор портативный «КР-01», с указанием конкретной модели и марки предлагаемого оборудования а также информации с

		указанием о проведенной оценки по обеспечению взаимодействия
1.2.2*	- Записи мониторингирования, полученные с вновь приобретаемого оборудования <u>обрабатываются</u> на имеющемся у Заказчика Комплексе аппаратно-программным суточного мониторингирования ЭКГ «Кардиорегистратор портативный «КР-01»	Наличие
1.2.3*	- Для записей, полученных на приобретаемом оборудовании, обеспечивается <u>совместная обработка и автоматическое сравнение с записями этого же пациента</u> , полученными ранее и хранящимися в архиве Заказчика, с выделением статистически значимых отличий между записями.	Наличие
1.2.4*	- Записи, полученные на закупаемом оборудовании, <u>автоматически обрабатываются с полным сохранением установок предыдущей (архивной) записи этого же пациента</u> , хранящейся в архиве Заказчика, с использованием тех же названий выявленных феноменов, с автоматическим выделением новых феноменов (артефактов и т.д), отсутствующих на предыдущей записи	Наличие
2*	Сертификат типа средств измерений выданный Госстандартом РБ	Наличие
Пункты технического задания, отмеченные «*», должны обязательно выполняться, т.к. имеют особо важное значение, определяют класс и функциональные возможности оборудования. Все предложения, не удовлетворяющие хотя бы одному из этих пунктов, не будут рассматриваться.		

4. Дополнительные требования

4.1 Время восстановления после ремонта не более 14 дней.

Разработчики:

врач функциональной диагностики
ОФД

Гайванович А.В.