

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лот №12. Аппарат сшивающий, циркулярный, многоразовый

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
№ 12	Аппарат сшивающий, циркулярный, многоразовый	шт.	4

2. Технические требования:

- 2.1. Аппарат сшивающий, циркулярный, многоразовый.
 2.2. В комплекте головки размером 25 мм +/- 1 мм, 27 мм +/- 1 мм, 29 мм +/- 1 мм, 32 мм +/- 1 мм
 2.3. Стерилизуемый.

Лот №13. Картридж к аппарату сшивающему, циркулярному, многоразовому

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
№13	Картридж к аппарату сшивающему, циркулярному, многоразовому	уп.	12

2. Технические требования:

- 2.1. Картридж аппарату сшивающему, циркулярному, многоразовому.
 2.2. Размер 27 +/- 1 мм
 2.3. Стерильный.
 2.4. В упаковке не менее 6 шт.

Лот №14. Картридж к аппарату сшивающему, циркулярному, многоразовому

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
№14	Картридж к аппарату сшивающему, циркулярному, многоразовому	уп.	12

2. Технические требования:

- 2.1. Картридж к аппарату сшивающему, циркулярному, многоразовому.
 2.2. Размер 32 +/- 2 мм
 2.3. Стерильный.
 2.4. В упаковке не менее 6 шт.