

Приложение №1
к заявке на закупку
медицинских изделий

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

в рамках реализации объекта строительства:
«Возведение здания специализированного здравоохранения и
предоставления социальных услуг по адресу:
пр. Независимости, 64/10, с выделением очередей строительства»

1. ЛОТ 1: «Аппарат для электроодонтодиагностики» -1 комплект.

1. Состав (комплектация) 1-го комплекта оборудования:

№ п/п	Наименование составляющих	Кол-во (штук)
1.1	Электроодонтометр	1
1.2	Источник питания	1
1.3	Комплект щупов	Не менее 5
1.4	Комплект загубников «крючок»	Не менее 5
1.5	Кабель питания	1
1.6	Адаптер питания	1

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,
сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О
государственных закупках товаров (работ, услуг)":**

№ п/п	Наименование требований
2.1	ЖК индикация
2.2	Автономное питание и возможность работы от сети
2.3	Диапазон изменения амплитуды импульсов от 0 до 200мкА
2.4	Погрешность амплитуды импульса $\pm 2\%$
2.5	Плавная регулировка амплитуды импульсов

**3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности,
стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара,
обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:**

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Разработчики технических характеристик:

Председатель комиссии:

Заместитель главного врача по медицинской
экспертизе и реабилитации



И.Г. Мойсевич

Члены комиссии:

Врач стоматолог- терапевт



О.И.Серая

Врач онколог



И.С. Тарасевич

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

в рамках реализации объекта строительства:

«Возведение здания специализированного здравоохранения и
предоставления социальных услуг по адресу:
пр. Независимости, 64/10, с выделением очередей строительства»

1. ЛОТ 2 «Аппарат» стоматологический для снятия зубных отложений» -1 комплект.

1. Состав (комплектация) 1-го комплекта оборудования:

п/п	Наименование	Количество
1.1	Аппарат светодиодный ультразвуковой скейлер	1 шт.
1.2	Съёмный автоклавируемый наконечник со светом	1 шт.
1.3	Режимы: скайлинг , перियो, эндо	Наличие
1.4	Цифровое управление	наличие
1.5	Режим автоматической подачи воды	Наличие

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

№ п/п	Технические требования
Светодиодный ультразвуковой скейлер	
2.1	Потребляемая мощность: 220-240 В~ 50 Гц/60 Гц 150 мА
2.2	Первичный выходной наконечник Вибрация: ≤100 мкм в)
2.3	Частота вибрации выходного наконечника: 28 кГц ± 3 кГц
2.4	Выходная мощность: от 3 Вт до 20 Вт
2.5	Давление воды: от 0,01 МПа до 0,5 МПа.
2.6	Режим работы: Непрерывная работа


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Разработчики технических характеристик:

Председатель комиссии:

Заместитель главного врача по медицинской
экспертизе и реабилитации



И.Г. Мойсевич

Члены комиссии:

Врач стоматолог-терапевт



О.И.Серая

Врач онколог



И.С. Тарасевич

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

в рамках реализации объекта строительства:

«Возведение здания специализированного здравоохранения и
предоставления социальных услуг по адресу:
пр. Независимости, 64/10, с выделением очередей строительства»

ЛОТ 3 –«Апеклокатор». Закупается- 1 комплект.

1. Состав (комплектация) 1-го комплекта оборудования:

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Апекслокатор с ЖК-дисплем	шт.	1
2	Зарядное устройство	шт.	1
3	Измерительный кабель	шт.	1
4	Загубников, не менее	шт.	5
5	Держатель файла, не менее	шт.	5

**1. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,
сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О
государственных закупках товаров (работ, услуг)":**

№ п/п	Наименование параметров	Базовые параметры
2.1	Апекслокатор с ЖК-дисплем	наличие
2.1.1	Функция звуковой индикации результатов (графической, световой и др.)	наличие
2.1.2	Функция работы во влажной среде	наличие
2.2	Зарядное устройство	наличие
2.2.1	Тип электропитания	Внешнее от сети 220-240В, 50-60 Гц
2.3	Измерительный кабель	наличие

2.4	Загубники	наличие, не менее 5 шт.
2.4.1	Возможность автоклавирования	Наличие – при температуре не менее 132 С
2.5	Держатель файла	наличие, не менее 5 шт.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Разработчики технических характеристик:

Председатель комиссии:

Заместитель главного врача по медицинской
экспертизе и реабилитации



И.Г. Мойсевич

Члены комиссии:

Врач стоматолог-терапевт



О.И.Серая

Врач онколог



И.С. Тарасевич