



ЛВС ЛИМИТЭД

ООО «ЛВС Лимитэд»

220068, г. Минск, ул. Л. Карастояновой,
дом 32, помещение 38, комната 1
р/с BY20PJCB30120877771000000933
в ОАО "Приорбанк", г. Минск, ул. Веры
Хоружей, д. 31а, БИК: PJCBVY2X
УНП 193842386 ОКПО 50973705000
тел: +375(44) 728-91-13
e-mail: lvslimited09@gmail.com

Акт технического состояния

Наименование Заказчика: Государственное учреждение "Республиканский клинический медицинский центр Управления делами Президента Республики Беларусь"
223028, Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, 81/5, район аг. Ждановичи

№ п/п	Оборудование	Изготовитель	Заводской номер	Заявленная неисправность
1	Промыватель микропланшетов автоматический модели: IW-8 с принадлежностями в составе Платформа весовая 4CHW logger	Biosan	06010620100147	Потемнение трубок.

инв № 01350217

Результаты технического осмотра и диагностики:
Потемнение трубок.

Заключение:

Требуется замена комплекта трубок.

Акт составил:

Инженер по эксплуатации и ремонту оборудования Кошутин Е.А.

М.П.

Корсакин И.В.

(подпись)

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953