



ОТЧЕТ				
Дата:	24.06.2026			
Контракт / Договор				
Учреждение	Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический онкологический центр», Минск, пр. Независимости, 64, г. Минск, 220013			
Оборудование	Рабочая станция врача AW10 (HP Z4 G4 Workstation)			
Серийный номер	CZC017BVZS			
Состояние оборудования перед началом работ:	Станция не загружается.			
☒ Неисправное				
☐ Работоспособное				
Выполненная работа	Диагностика. Выявлен выход из строя двух жестких дисков в RAID массиве хранения данных исследований пациентов. Для восстановления работы станции необходима замена неисправных жестких дисков на новые, переустановка ПО и восстановление конфигурационных параметров на рабочей станции.			
Установленные запчасти				
№ п/п	Описание детали	Исполнителя	Заказчика	Кол-во
-	-	☐	☐	-
Необходимые запчасти				
№ п/п	Описание детали			Кол-во
1	Жесткий диск в RAID массив			2
Состояние оборудования после окончания работ:		Комментарии:		
☒ Неисправное				
☐ Работоспособное				
Работа выполнена		Работа принята		
ФИО, должность	Жигулич Д.А., директор	ФИО, должность	Малышский Д.О. Изм. ИТ	
подпись		подпись		

* Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 03.10.2006 № 78 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 26.02.2020 № 11):

- неисправная медицинская техника — медицинская техника, находящаяся в состоянии, при котором она не соответствует хотя бы одному из требований технической и (или) эксплуатационной документации производителя и техническим нормативным правовым актам (далее — ТНПА);
- работоспособность медицинской техники — состояние медицинской техники, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям технической и (или) эксплуатационной документации производителя и ТНПА.