

Приложение 1
к заявке на закупку
центрифуги лабораторной
с принадлежностями

ОПИСАНИЕ

потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных
показателей (характеристик) предмета государственной закупки

ЛОТ № 1

Центрифуга лабораторная с принадлежностями
(наименование предмета государственной закупки)

1. Состав (комплектация) оборудования:

Номер п\п	Наименование	Количество
1	Центрифуга лабораторная	1 шт.
2	Адаптеры для установки микропробирок 0.2 мл	1 упаковка

2. Технические требования:

- 2.1. Настольная центрифуга для обработки материала в пробирках 1,5 - 2 мл.
- 2.2. Адаптеры для установки микропробирок 0,2 мл. в ячейки для объёма 1,5 - 2 мл.
- 2.3. Максимальная скорость вращения не менее 15000об/мин. Шаг установки скорости вращения не более 10 об/мин.
- 2.4. Возможность выбора интервала времени таймера в диапазоне не уже от 30 сек до 99 мин.
- 2.5. Режим работы: импульсный, непрерывный, по таймеру.
- 2.6. Безопасность: блокировка крышки, обнаружение превышения скорости, обнаружение перегрева, автоматическая внутренняя диагностика.
- 2.7. Дисплей: жидкокристаллический (LCD).
- 2.8. Время разгона/торможения: не более 25с / 25с.
- 2.9. Электропитание 220-240В 50Гц 5А.
- 2.10. Размеры/ масса: не более 280*364*266 мм/ 12кг. ($\pm 10\%$)

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) согласно документам организатора.

3.1. Наличие на территории Республики Беларусь службы сервиса, которая осуществляет гарантийное обслуживание, техническую поддержку поставляемого оборудования.

3.2. В стоимость предложения должны быть включены монтаж, наладка, обучение технического и медицинского персонала и гарантийное обслуживание в течение не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.