

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий
медицинского назначения**

Расходных материалов для рентгенэндоваскулярной хирургии

1. Состав (комплектация) оборудования:

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
ЛОТ №1 Клапан для ангиопластики	Клапан для ангиопластики с соединительной линией и краником трехходовым	500 штук

2. Технические требования:

ЛОТ №1 Клапан для ангиопластики
2.1 Y-образный клапан кнопочного типа, прозрачный, фиксирующий закрытое и открытое положение клапана, соединение Luer Lock с двух сторон для ввода инструмента 2.2 Соединительная линия 25-35 см. 2.3 Краник трехходовой, с вращающимся адаптером на 360° 2.4 Клапан должен быть стерильным в индивидуальной упаковке.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.