

ОПИСАНИЕ

потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Расходные материалы (набор) для сбора плазмы на автоматическом сепараторе

1.Состав (комплектация) медицинских изделий

Наименование	Единица измерения	Количество
Расходные материалы (набор) предназначен для сбора плазмы крови на автоматических сепараторах PCS-2 (Haemonetics, США) находящихся на балансе организаций службы крови города Минска, в состав которого входит: -центрифужный колокол высокого разделения крови на ее компоненты, обеспечивающий максимальное удаление лейкоцитов и тромбоцитов из плазмы; -линия сбора плазмы, которая включает не менее одного контейнера, объем сбора плазмы не менее 600 мл; - линия донора, которая включает соединительную магистраль с иглой для контейнера с антикоагулянтом; - пункционная игла 16G или 17G	штук	14850

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Набор расходных материалов должен быть совместим с аппаратом, предназначен для сбора плазмы крови.

2.2. Система сбора плазмы крови должна обеспечивать безопасность заготовки и качество полученной плазмы крови человека, соответствующей по качеству следующим требованиям:

2.2.1. остаточное количество эритроцитов менее $6 \times 10^9/\text{л}$:

*2.2.2. остаточное количество лейкоцитов менее $1 \times 10^6/\text{л}$;

2.2.3. остаточное количество тромбоцитов менее $50 \times 10^9/\text{л}$.

2.3. Обеспечение одноигольного доступа.

2.4. Требования к игле:

2.4.1. игла для венопункции с защитным колпачком, диаметр иглы 16G или 17G;

2.4.2. наличие атравматического отверстия на стенке иглы.

*2.5. Все составные части системы должны соответствовать друг другу с целью соединения в единый замкнутый контур.

2.6. Входящие в систему составные части должны быть в индивидуальной стерильной упаковке.

2.7. Наличие на контейнерах этикетки, имеющей свободное место (поле) для внесения дополнительной информации и прочно фиксирующейся на них.

* требования технического задания, отмеченные символом (звездочка), являются принципиально важными, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности согласно аукционных документов организатора

БелМТ №614/26

лот 2

ОПИСАНИЕ

потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Раствор антикоагулянта цитрата натрия 4%, 250 мл

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

Наименование	Единица измерения	Количество
Раствор антикоагулянта цитрата натрия 4%, 250 мл	штук	15050

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

*2.1. Раствор антикоагулянта цитрат натрия 4%. должен соответствовать химическому составу официальной прописи раствора цитрат натрия 4%:

натрия цитрат - от 38 до 42 г.;

pH (лимонная кислота. моногидрат) – от 0 до 0,015 г.;

вода для инъекций из расчета на 1000 мл.

2.2. Количество антикоагулянта цитрат натрия 4% в контейнере должно быть не менее 250 мл.

2.3. Наличие инъекционного порта в контейнере с раствором антикоагулянта цитрат натрия 4%. пригодного для пункции пластиковой иглой.

*2.4. Содержимое контейнера с антикоагулянтом должно быть стерильным.

* требования технического задания, отмеченные символом (звездочка), являются принципиально важными, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности согласно аукционных документов организатора