

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача (по
обслуживанию населения района)

С.П. Чайковский

19 августа 2026 г.

Задание на закупку: Лапароскопический инструментарий для дооснащения лапароскопической стойки «Olympus»

Лот №1 ВЧ-электрод

Код по ОКРБ 007-2012: 32.50.50.390

Предельная стоимость: 1 049,47 бел. руб.

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Кол-во, шт.
1.	ВЧ-электрод	тип – крючок (L-образный) диаметр 5 мм, рабочая длина 33-36 см; эргономичная рукоятка	3
Итого:			3

Лот №2 Ранорасширитель

Код по ОКРБ 007-2012: 32.50.50.390

Предельная стоимость: 14 051,79 бел. руб.

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Кол-во, шт.
1.	Ранорасширитель	предназначен для механического плавного и щадящего растяжения краев прокола в брюшной стенке; 3-х лепестковый; длина лезвий не менее 70 мм; общая длина инструмента 185-200 мм; рукоятка с кремальерой;	3
Итого:			3

Лот №3 Канюля эндоскопическая

Код по ОКРБ 007-2012: 32.50.50.390

Предельная стоимость: 2 048,67 бел. руб.

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Кол-во, шт.
1.	Канюля эндоскопическая	предназначена для забора стерильной жидкости; общая длина инструмента 190 мм, рабочая длина 163 мм, диаметр 6 мм.	3
Итого:			3

Лот №4 Световод

Код по ОКРБ 007-2012: 32.50.50.390

Предельная стоимость: 8 850,00 бел. руб.

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Кол-во, шт.
1.	Световод	4,25 мм; длина 3 м	2
Итого:			2

Специальные требования

- все инструменты и принадлежности должны быть многоразового использования;
- все инструменты и принадлежности должны быть совместимы/ взаимозаменяемы с имеющимися в наличии инструментами производства Olympus*;
- виды стерилизации, применяемые в операционном блоке: автоклавирующее, плазменная;
- наличие необходимой документации по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации.

ПРИМЕЧАНИЕ: (*) отмечены параметры, при отсутствии одного из которых предложение будет отклонено.

Требования качества и срока годности (стерильности) товара, условия поставки товара

- изделия должны соответствовать требованиям нормативно-правовых технических актов Республики Беларусь;
- товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства);
- наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь;
- при поставке товара представить сертификаты и иные документы, подтверждающие качество товара;
- участник должен предоставить документальные материалы фирмы-производителя для подтверждения технических и функциональных параметров закупаемых изделий, на русском языке;
- товар поставляется транспортом поставщика в течение 90 календарных дней от даты заключения договора.

Разработано:
Врач-хирург (заведующий)

Д.В. Цариков