

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 1 - Мешок типа Амбу для ручной искусственной вентиляции легких, неонатальный (100-500 мл)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий – 1 комплект

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	аппарат с клапаном ограничения давления	шт.	1
2	маски лицевые (в зависимости от возрастной категории пациента)	шт.	2

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,

2.1.Предназначен для проведения ручной ИВЛ объемом 100-500 мл

2.2.Размеры масок лицевых в зависимости от возрастной категории пациента

2.3.Снабжен клапаном ограничения давления

2.4.Должен располагать портом для подключения кислорода с резервуаром

2.5.Многоразового использования.

2.6.Стерильные изделия упакованы в индивидуальную стерильную упаковку.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) – в соответствии с документами организатора.

3.1. Срок годности (стерильности) - 5 лет со дня изготовления.

Лот 2 - Мешок типа Амбу для ручной искусственной вентиляции легких, детский (500-1000мл)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий – 1 комплект

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	аппарат с клапаном ограничения давления	шт.	1
2	маски лицевые (в зависимости от возрастной категории пациента)	шт.	2

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,

2.1.Предназначен для проведения ручной ИВЛ объемом 500-1000 мл

2.2.Размеры масок лицевых в зависимости от возрастной категории пациента

2.3.Снабжен клапаном ограничения давления

2.4.Должен располагать портом для подключения кислорода с резервуаром

2.5.Многоразового использования.

2.6.Стерильные изделия упакованы в индивидуальную стерильную упаковку.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) – в соответствии с документами организатора.

3.1. Срок годности (стерильности) - 5 лет со дня изготовления.

Лот 3 - Мешок типа Амбу для ручной искусственной вентиляции легких, педиатрический (1000-1500мл)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий – 1 комплект

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	аппарат с клапаном ограничения давления	шт.	1
2	маски лицевые (в зависимости от возрастной категории пациента)	шт.	2

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,

- 2.1.Предназначен для проведения ручной ИВЛ объемом 1000-1500 мл
- 2.2.Размеры масок лицевых в зависимости от возрастной категории пациента
- 2.3.Снабжен клапаном ограничения давления
- 2.4.Должен располагать портом для подключения кислорода с резервуаром
- 2.5.Многоразового использования.
- 2.6.Стерильные изделия упакованы в индивидуальную стерильную упаковку.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) – в соответствии с документами организатора.

- 3.1. Срок годности (стерильности) - 5 лет со дня изготовления.

Лот 4 - Мешок типа Амбу для ручной искусственной вентиляции легких, взрослый (1600-3000)**1.Состав (комплектация) медицинских изделий – 1 комплект**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	аппарат с клапаном ограничения давления	шт.	1
2	маски лицевые (в зависимости от возрастной категории пациента)	шт.	2

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,

- 2.1.Предназначен для проведения ручной ИВЛ объемом 1600-3000 мл
- 2.2.Размеры масок лицевых в зависимости от возрастной категории пациента
- 2.3.Снабжен клапаном ограничения давления
- 2.4.Должен располагать портом для подключения кислорода с резервуаром
- 2.5.Многоразового использования.
- 2.6.Стерильные изделия упакованы в индивидуальную стерильную упаковку.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) – в соответствии с документами организатора.

- 3.1. Срок годности (стерильности) - 5 лет со дня изготовления.

Лот 5. Фильтр дыхательный системы теплообмена и увлажнения "Искусственный нос"**1.Состав (комплектация) медицинских изделий – 1 комплект**

- 1.1. Состоит из пластикового корпуса и фильтра

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,

- 2.1.Предназначен для пациентов с трахеостомой для очистки вдыхаемого воздуха от пыли, загрязнений и инфекций, увлажнения и выравнивания температуры вдыхаемого воздуха
- 2.2. Присоединяется к трубке с помощью 15 мм коннектора
- 2.3.наличие интегрированного порта для подачи кислорода
- 2.4. Наполнитель фильтра – бумага.
- 2.5. Однократного использования.

Лот 6. Фильтр дыхательный бактерицидный однократного применения, без углового соединения

1. Состав (комплектация) медицинских изделий – 1 комплект

1.1. Фильтр дыхательный бактерицидный

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,

2.1. Сопротивление потоку:

2.1.1. при 30 л/мин- 0,9см H₂O

2.1.2. при 60 л/мин- 1,9см H₂O

2.2. Минимальный дыхательный объем – 360мл

2.3. Эффективность фильтрации – 99,9999%

2.4. Соединитель 22F-22M/15F

2.5. Для однократного применения, в индивидуальной упаковке

Лот 7. Фильтр дыхательный бактерицидный однократного применения с угловым соединением и портом

1. Состав (комплектация) медицинских изделий – 1 комплект

1.1. Фильтр дыхательный бактерицидный

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,

2.1. Сопротивление потоку:

2.1.1. при 30 л/мин- 1,0см H₂O

2.1.2. при 60 л/мин- 2,7см H₂O

2.2. Минимальный дыхательный объем – 200мл

2.3. Эффективность фильтрации – 99,99%

2.4. Порт Luer-Lock

2.4. Соединитель угловой 22F-22M/15F

2.5. Для однократного применения, в индивидуальной упаковке

Лот 8. Фильтр дыхательный бактерицидный однократного применения mini, для детей

1. Состав (комплектация) медицинских изделий – 1 комплект

1.1. Фильтр дыхательный бактерицидный

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,

2.1. Сопротивление потоку:

2.1.1. при 10 л/мин- 1,3см H₂O

2.1.2. при 15 л/мин- 2,4см H₂O

2.1.3. при 30 л/мин- 6,0см H₂O

2.2. Дыхательный объем – 70-150 мл

2.3. Мертвое пространство не более 8 мл

2.4. Антибактериальная эффективность– 99,9999%

2.5. Антивиресная эффективность– 99,9999%

2.6. Увлажнение при дыхательном объеме 500мл – не менее 20 мг/л H₂O

2.7. Для однократного применения, в индивидуальной упаковке

Лот 9. Фильтр дыхательный с тепловлагообменом однократного применения mini, для детей

1. Состав (комплектация) медицинских изделий – 1 комплект

1.1. Фильтр дыхательный бактерицидный

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,

2.1. Сопротивление потоку:

2.1.1. при 30 л/мин- 1,3см H₂O

2.1.2. при 60 л/мин- 3,3см H₂O

2.1.3. при 90 л/мин- 5,5см H₂O

2.2. Дыхательный объем – 150-300 мл

2.3. Мертвое пространство не более 12 мл

2.4. Антибактериальная эффективность– 99,9999%

2.5. Антивиресная эффективность– 99,9999%

2.6. Увлажнение при дыхательном объеме 500мл – не менее 33 мг/л H₂O

2.7. Для однократного применения, в индивидуальной упаковке

Лот 10. Фильтр дыхательный с тепловлагообменом однократного применения, для взрослых

1. Состав (комплектация) медицинских изделий – 1 комплект

1.1. Фильтр дыхательный бактерицидный

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,

2.1. Сопротивление потоку:

2.1.1. при 30 л/мин- 0,1см H₂O

2.1.2. при 60 л/мин- 2,2см H₂O

2.1.3. при 90 л/мин- 3,6см H₂O

2.2. Дыхательный объем – 150-1500 мл

2.3. Мертвое пространство не более 53мл

2.4. Антибактериальная эффективность– 99,9999%

2.5. Антивирусная эффективность– 99,9999%

2.6. Увлажнение при дыхательном объеме 500мл – не менее 37 мг/л H₂O

2.7. Для однократного применения, в индивидуальной упаковке

Разработчик технических требований:

Главный внештатный специалист

По анестезиологии и реанимации

В.В.Гоменюк