

Лот №1

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Кол-во штук
1	Световодный кабель	2
2	Переходник к световодному кабелю	2
3	Переходник к световодному кабелю	2
4	Переходник к световодному кабелю	2
5	Переходник к световодному кабелю	2

2. Технические требования.

Таблица 2

№ п/п	Наименование характеристики	Базовые параметры	Примечание
1	Световодный кабель		
1.1	Рабочая длина	240 — 300 см	
1.2	Диаметр	Под оптики 2-4 мм	
1.3	Автоклавирование	наличие	
2	Переходник к световодному кабелю		
2.1	Совместимость с оптиками	R.Wolf	
3	Переходник к световодному кабелю		
3.1	Совместимость с оптиками	Storz	
4	Переходник к световодному кабелю		
4.1	Совместимость с источником света	R.Wolf	
5	Переходник к световодному кабелю		
5.1	Совместимость с источником света	Storz	

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.	Лапароскоп, 5-5,5 мм, 30°	3 шт.
2.	Контейнер алюминиевый для хранения и стерилизации лапароскопов	3 шт.

2. Технические требования

Таблица 2

№ п/п	Наименование характеристики	Базовые параметры	Примечание
1. Лапароскоп, 5-5,5 мм, 30°			
1.1	Возможность получения изображения сверхвысокой четкости	не менее FullHD	
1.2	*Угол обзора	30°	
1.3	Рабочая длина	305 – 335 мм	
1.4	*Диаметр	5-5,5 мм	
1.5	Глубина поля зрения	не менее 5-200 мм	
1.6	Угол поля зрения	не менее 85°	
1.7	Автоклавирование	наличие	
1.8	Многоразового использования	да	
2. Контейнер алюминиевый для хранения и стерилизации лапароскопов			
2.1	Алюминиевый контейнер с крышкой;	наличие	
2.2	Габариты	450±5 x 70±5 x 70±5 мм	
2.3	Силиконовые держатели	наличие	
2.4	Возможность размещения 2-х телескопов	наличие	

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Примечание: пункты задания на закупку, помеченные знаком (*) являются обязательными.

Лот №3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.	Световоды волоконно-оптические	3 шт.
2.	Трубки для инсуффлятора многоцветные	3 шт.

2. Технические требования

Таблица 2

№ п/п	Наименование характеристики	Базовые параметры	Примечание
1. Световоды волоконно-оптические			
1.1	Длина	не менее 3 м	
1.2	Диаметр	4,5-5,0 мм	
1.3	Термостойкий	да	
1.4	Автоклавирование	наличие	
1.5	*Совместимость с источником света HB200L (пр-ва Mindray)	да	
1.6	Многоцветного использования	да	
2. Трубки для инсуффлятора многоцветные			
2.1	Длина	3,0±0,5 м	
2.2	Не менее 100 стерилизаций	наличие	
2.3	Со стороны инсуффлятора подключение к фильтру	наличие	
2.4	Со стороны иглы Вереща/ троакара разъем Луер-Лок	наличие	
2.5	*Совместимость с инсуффлятором HS-50F (пр-ва Mindray)	да	
2.6	Многоцветного использования	да	

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Примечание: пункты задания на закупку, помеченные знаком (*) являются обязательными.

Лот №4

Приложение 4
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.	Стойка-тележка для оборудования	1 шт.

2. Технические требования

Таблица 2

№ п/п	Наименование характеристики	Базовые параметры	Примечание
1. Стойка-тележка для оборудования			
1.1	Размеры (высота, глубина, ширина)	не менее – 1100 мм (без учёта держателя для ЖК монитора) x 550 мм x 550 мм;	
1.2	Количество полок	не менее 3-х	
1.3	Количество колес с антистатическим покрытием	не менее 4-х (два с тормозом)	
1.4	В комплекте: - держатель для ЖК монитора, рычажный; - выдвижной ящик, с замком; - держатель для головок камеры	наличие	

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Лом 15

Технические характеристики (описание)

Состав оборудования.

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Нейтральный электрод многоэлектродный к стойке видеондоскопической для лапароскопии Olympus	2
2	Кабель к нейтральному электроду для подключения к стойке видеондоскопической для лапароскопии Olympus	2

Технические требования

№ п/ п	Характеристика	Значение	При меч ание
1	Нейтральный электрод	автоклавируемый	
2	Площадь не менее	400 кв.см	
1	Кабель к нейтральному электроду для подключения к стойке видеондоскопической для лапароскопии Olympus	автоклавируемый	
2	Аппаратная часть	Valleylab	

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.